

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2025-78
KONU : Malzeme Alımı Hk.

16.06.2025

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan ve Teknik Şartnamede Özellikleri belirtilen Mal veya Hizmet alımı işini 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 20.06.2025 tarih saat 10:00'a kadar, **tdhsatinalma@gmail.com** mail adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM Tutar
1	Edomotor Kanal Egesi 0,4 Açılı 15'lik	Paket	40		

- 1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
- 3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5.Alımlar <https://agriithale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
- 6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

DÖNER KANAL EĞESİ

- 1) Eğeler Nikel-Titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
- 2) Kanal eğelerinin kesitleri üçgen yapıya sahip olmalıdır.
- 3) Eğelerin uç kısımları apikal güvenlik için keskin olmamalıdır..
- 4) Renk halkası olan kanal eğelerinin 21- 25 -31 mm boyları bulunmalıdır.
- 5) Sistem Pedodonti için tasarlanmış 16 mm uzunluğunda eğelere sahip olmalıdır.
- 6) 15/40 numara eğelerin hem 04 açılı hem 06 açılı gold ve blue seçenekleri olmalıdır.
- 7) İstenildiğinde 04 ve 06 açılı eğelerin istenilen numaralarda sortisi de tedarik edilebilmelidir.
- 8) Set içerisinde toplam 6 ege olmalıdır.
- 9) Aynı marka gutta perkaendomotor markası olmalıdır
- 10) Ayrıca, (019/08), (016/02), (020/04), (025/04), (030/04), (035/04) kit seçeneği olmalıdır.
- 11) Piyasada ürünle aynı marka gutta percha, aynı marka paperpoint ve aynı marka endomotor olmalıdır.
- 12) Eğelerin shaft kısmında açılı ve numarası lazer ile silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
- 13) Ürün kutusunun üzerinde endometre olmalıdır.
- 14) Ürün kutusu otoklava girebilmeli ve kutunun üzerinde ürünün kaç defa otoklava girdiğini takip etmeye yarayan koparılabılır çentikler olmalıdır.
- 15) Uts barkod numarası olmalıdır.

Ahmet ARAS
Taşlıcaay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

Ecz. Tek. Mehmet BİÇER