

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.06.2025

Sayı:156

Konu: DİYALİZ BİRİMİ SU SİSTEMLERİNDE KULLANILAN PASLANMAZ COLDER VANA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.06.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
İhtisap ve Muhafaza Müdürü
[Signature]

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PASLANMAZ COLDER VANA			13	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Adilcevaz yol üstü 5 km Tlf: 04726161556 Fax: e_mail:
Hız.RABİA CENGİZ YAŞAR Dahili:

Sayfa 1

Colder vana Teknik Özellikleri

1.15 BAR ARASI ÇALIŞMALIDIR

2.0 C İLE 71 C ARASINDA ÇALIŞMALIDIR

3, PSİ BASINÇDA DÖKÜLEN SIVI HACIMI 0,3 CC OLMALIDIR.

4,120 PSİ BASINÇDA DÖKÜLEN SIVI HACMI 0,3 CC OLAMLIDIR.

5. Colder vana plastik iki ayrı parçadan olmalıdır

6, OLİGLER EPDM OLMALIDIR.

7, BAĞLANTILARI 10 mm HORTUM UCLU OLMALIDIR.

$\frac{3}{8}$ İKİ AYRI PARÇADAN OLMALIDIR.

9. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi diyaliz saf su sistemleri için olmalıdır

10.Yüklenici firma yetkili teknik servis belgesine sahip olmalıdır

11.Yüklenici firma tarafından montaj yaparak faal teslim edilecektir

D. İslankar
Onur KOS
[Signature]

D. İslankar
Sihma Sarden
[Signature]

Hangirra
Beyhan Gökce
[Signature]

Hangirra
Mehmet Çelik
[Signature]