

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.06.2025

Sayı:152

Konu: TEKERLEKLİ SANDALYE YEDEK PARÇALARI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.06.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	TEKERLEKLİ SANDALYE ARKA TEKERLEĞİ (BÜYÜK)			20	Adet		
2	TEKERLEKLİ SANDALYE ÖN TEKERLEĞİ (KÜÇÜK)			30	Adet		
3	TEKERLEKLİ SANDALYE FREN SİSTEMİ			30	Adet		
4	TEKERLEKLİ SANDALYE KEMERİ			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Adilcevaz yol üstü 5 km Tlf: 04726161556 Fax: e_mail:
Hız.RABİA CENGİZ YAŞAR Dahili:

Sayfa 1

TEKERLEKLİ SANDAYE TEKERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ön Teker 12.5×3 cm olmalı
2. Arka Teker 20×5 cm olmalı
3. Fren Sistemi Arka tekerleklerde merkezi fren sistemi olmalı
4. (park halinde merkezi fren kilit sistemi) olmalı
5. 125 lik teker,Tek rulman ,Cam takviyeli poliüretan kaplama olmalı
6. 200 lük teker çift rulman Cam takviyeli poliüretan kaplama

TEKERLEKLİ SANDAYE KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ayarlanabilir kayışı, tekrar tekrar ve sıkı bir şekilde yapıştırılabilen ve istenilen uzunluğa ayarlanabilmeli,
2. güçlü ve aşınmaya dayanıklı olmalı.
3. kayış koruyucuları kaliteli PVC'den yapılmış olmalı.
4. Kemer uzunluğunu manuel olarak ayarlanabilmelidir.
5. Kilitli (Open/Lock) tokası sayesinde hastanın güvenli bir şekilde stabilizasyonunu sağlamalı.

İsmail KAYA
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Koordinatörü



Cafer ALACA
Biyomedikal Teknikeri



Adem TURAN

Biyomedikal Teknikeri

