

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.06.2025

Sayı: 349
Konu: PATOLOJİ NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PATOLOJİ NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI.			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PATOLOJİ NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Patoloji Laboratuvarı'na numune taşımak üzere kullanılacaktır. Patoloji numune taşınmasında kolaylık sağlamalıdır.
2. Ürün, amacına yönelik olağan kullanımda ortaya çıkan arızalara karşı en az 2 sene garantili olmalıdır.
3. Rahatça tek elle taşıma yapılabilmelidir; çanta şeklinde olmalıdır.
4. Kapak üstte olmalıdır.
5. Üstten taşıma kulplu olmalıdır.
6. Numunelerin sıvısı ürünün içine taşması durumunda, ürün içindeki sıvıyı dışarıya sızdırmamalıdır.
7. Kapakta kilit sistemi olmalıdır. Bu sayede kendiliğinden açılmalar önlenmelidir.
8. Taşıma çantasının gövde rengi mavi, kırmızı veya turuncu renkte olmalıdır.
9. Taşıma çantasının içi-dışı sert plastikten dayanıklı olmalıdır.
10. İç yüzeyi pürüzsüz ve dezenfektanlarla temizliği kolay olmalıdır.
11. Hacmi 27±1 litre olmalıdır.
12. Dış ölçüleri: boy 430 x en 300 x yükseklik 380 (±%5) mm olmalıdır.
13. İç ölçüler yaklaşık olarak boy 400 x en 230 x yükseklik 370 (±%5) mm olmalıdır.
14. Ürün, travma yaratacak sivri veya kesici alanlara sahip olmamalıdır.
15. Ürünün resmini bulunduran ve özelliklerinin yazdığı katalog gönderilmelidir. Ürün buna göre değerlendirilecektir.
16. Belirtilen özellikleri taşımasına rağmen amacına yönelik kullanımında sorunlar ortaya çıkan veya ilk verimliliğini sürdürmeyen ürünler için teklif eden firmadan, ürünü başka bir lot ürünle değiştirmesi istenecektir. Teslim edilen yeni ürün için de bu teknik şartnamede belirtilen koşullar aranacak ve uygulanacaktır.

12/06/2025

Uzm. Dr. Erhan EKREN
Dip. Tes. no 166519
[Signature]

Uzm. Dr. Erdem AYIK
Patoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 158175
M. H. Devlet Hastanesi
[Signature]