

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

Sayı: 250T922954

19.06.2025

Konu: 2 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.06.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Mura DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ İÇİN ARTER-VEN SETİ YETİŞKİN		300	Adet		
2	ELDİVEN ŞEFFAF (HASTA MUAYENE VE TUŞE ELDİVENİ) NONSTERİL		15.000	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.


ŞEFFAF ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf, renksiz olmalıdır.
2. Polietilenden imal edilmelidir.
3. Standart boy olmalıdır. Sağ-sol ayrımı bulunmamalıdır.
4. Giyerken yırtılmayacak dayanıklılıkta olmalıdır.
5. Yapışıklık vb. imalat hatası bulunmamalı, sağlam olmalı, kolayca yırtılıp kopmamalı, kolay giyilebilir olmalıdır.
6. Eldivende delik bulunmamalı, sıvı sızdırmamalıdır.
7. Hassas ciltlerde alerjiye neden olmamalıdır.
8. Tırtıklı yüzeye sahip olmalı ve
9. Paketler 100'lük ambalajlarda olmalı, üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
10. Numuneler denendikten sonra uygunluk verileceği için teklif veren firma denemek üzere 1 paket numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
11. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
12. Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. Numunelerden 10 çift, şahit numune olarak saklanacaktır.
14. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Murat DİVARCI
Tutak İlçe Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü



İrfan KAYA
Tıbbi Sekreter





Osman DEMİR



ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Arter ucunda intravenöz spike (Primingspike) ve sirkülasyon adaptörü bulunacaktır.
2. Arter tarafında heparin hattı bulunacaktır, hatta klemp mevcut olmalıdır.
3. Arter ve ven hattı üzerinde izolator bulunmalı. İzolator gerektiğinde değiştirilebilmeli ya da set sayısının iki katı kadar izolator steril bir biçimde, ayrı poşetler içinde olarak verilmelidir.
4. Arter ve ven tarafında drip chamber bulunmalıdır.
5. Arter hattı üzerinde arter yastığı ve serum seti bulunacaktır.
6. Arter ve ven hattında enjeksiyon portu bulunacaktır.
7. Set steril olacaktır.
8. Arter ve ven setleri ayrı ayrı ambalajlanacağı gibi tek ambalajlı da olabilir.
9. Hastanemizde bulunan Fresenius 4008 S tipi makinelerle uyumlu olacaktır.
10. Ven ucunda serum fizyolojik drenaj edilmesi için atık torbası bulunmalıdır.
11. En az iki yıl miadı olacaktır.
12. Depoya teslim edilen malzemeler firmaya iade/ret önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne olursa olsun firma tarafından uygun randımanlarla değiştirilmelidir.
13. Şartnameye bire bir uygunluk yazılı olarak taahhüt edilmelidir.
14. Malzemelerin fiyat teklifinde Sağlık Uygulama Tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.
15. Teklif edilecek UTS ile kayıtlı olan malzemelerin UTS belgelerinin teklifte sunulması gerekmektedir.
16. Malzeme yokluğunda hayati risk oluşmamalıdır.

Murat DİVARCI
Tutak İlçe Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Şube Başkanı


İrfan KAYA
Tıbbi Sekreter


Versel ATAT
