

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.06.2025

Sayı: **354**
Konu: BİNOKÜLER İNDİREK OFTALMOSKOP ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BİNOKÜLER İNDİREK OFTALMOSKOP			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Binoküler İndirekt Oftalmoskop Cihazı Teknik Şartnamesi

- 1) Alet göz muaynelerinde binoküler indirekt oftalmoskopi yapmak için imal edilmiş olmalıdır
- 2) Alet kafaya takılacak pozisyonda olmalıdır. Kafa bandı içinde sağlam durmasını sağlayan metal çerçeve olmalıdır. Cihaz üzerindeki ayar düğmeleri vasıtasıyla istenilen konuma ayarlanabilmelidir. Cihaz son derece hafif ve esnek bir yapıda olmalıdır.
- 3) Pupiller mesafesi cihaz üzerinden hekimin pupil mesafesine göre ayarlanabilmelidir.
- 4) Cihazın diffüz ayar düğmesi olmalı Bu ayar düğmesi sayesinde retinanın periferi dahi ayrıntılı muayene edilebilmeli veya cihazın üzerinde observation açısı ayar düğmesi olmalıdır.
- 5) Cihazda cobalt blue, red-free, UV filtreleri olmalıdır.
- 6) Cihaz üzerinde bulunan aydınlatma alanı değiştirici değiştirildiğinde otomatik olarak ayna ve optik ayarları değişmeli ve bu özellik sayesinde her türlü pupilladan muayene imkanı sağlamalı veya cihazda aydınlatma açısı ayar düğmesi olmalıdır.
- 7) Cihaz üzerinde reostalı ışık ayar düğmesi bulunmalıdır.
- 8) Cihaz kablosuz olmalıdır. Aydınlatma LED olmalıdır. Şarj edilebilir pil kafa bandı üzerinde olmalıdır.
- 9) Cihazın pili lityum veya nikel hidrojen pil özellikte olmalıdır ve cihaz en fazla 150dk tam şarj olmalı bu şarj ile en az 5 saat kullanılır olmalıdır.
- 10) Aydınlatılan alan çapı 3 kademe olarak ayarlanabilmeli ve çap uzunlukları; 19 milimetre, 50 milimetre, 80 milimetre olmalıdır.
- 11) Pupil Mesafesi en az 54-74 milimetre arasında ayarlanabilmelidir.
- 12) Cihaz pupil çapı en az 2 milimetre olan hastadan görüntü alabilmelidir.
- 13) Cihazla birlikte taşıma çantasıyla 20 D lens verilmelidir.

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAŞ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 181982 Uzm. Tıp. No: 142679

Uzm. Dr. Dilek ŞENGÜL
Göz Hastalıkları
Uzm. Tıp. No: 182874
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Öğr. Üyesi Selma KOKSALDI KAYABAŞI
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 182102 Uzm. Tıp. No: 201074