

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.06.2025

Sayı: 356

Konu: TOMOGRAFİ OTOMATİK POMPA ENJEKTÖRÜ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TOMOGRAFİ OTOMATİK POMPA ENJEKTÖRÜ			500	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

POMPA ENJEKTÖRÜ

- Enjektör şeffaf yapıda olmalı, içerisindeki hava rahatlıkla görülebilmelidir. İçerisinde ki havanın görünmesine engel olacak mat yapıda ki şırıngalar kabul edilmeyecektir.
- Enjektörler steril paketler halinde olmalı, muhteviyatında 1 adet 200 ml'lik enjektör, 1 adet 150 cm'lik ara uzatma hattı ve j tipi kolay doldurma aparatı bulunacaktır.
- Enjektörler en az 300 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
- Medtron Accutron Ct Model şırıngası ile uyumlu olmalıdır.
- Kullanma esnasında; şırıngalar tırnak kısmında yıpranma ve kırılma sonucu kullanımı engellemeyecek şekilde uygun bir materyalden yapılmış olmalıdır.
- Enjektör üzerindeki sistem kullanılarak şırınga içindeki opak madde olsa bile çıkarılabilecek ve şırınga kaldığı yerden başka bir işlem için kullanılabilecektir.
- Teslim edilen her bir ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
- Pompa enjektörü tekli steril orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve sterilizasyon şekli yazmalıdır.
- ÜTS,CE ve SGK onayları olmalıdır.

Radyoloji Birim Sorumlusu
Asiye RAYAR
Ağrı Devlet Hastanesi

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sedat CETİN
Biyomedikal Onkoloji Teknikeri

Betül SARIK
Biyomedikal Onkoloji Teknikeri