

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.06.2025

Sayı: 162

Konu: ACİL MÜDAHALE VE TEDAVİ ARABASI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.06.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ACİL MÜDAHALE VE TEDAVİ ARABASI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Adilcevaz yol üstü 5 km Tlf: 04726161556 Fax: e_mail: Hız.RABİA CENGİZ YAŞAR Dahili:

Sayfa 1

ACİL MÜDAHALE ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER:

1. Araba gövdesi Polipropilen teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
2. Arabanın Çekmece içleri de Polipropilen teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
3. Arabanın iskelet yapısında paslanmaya veya korozyona maruz kalacak hiçbir malzeme kullanılmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
4. Arabanın transferi için gövde malzemesi ile aynı olacak şekilde sağında ve solunda itme barları bulunmalıdır.
5. Çekmece içleri ayraçlar sayesinde isteğe göre bölümlendirilebilmelidir.
6. Çekmeceler Anahtarlı Merkezi Kilit Mekanizması ile kilitlenebilmelidir.
7. Araba üst tablası üzerinde konulan malzemelerin düşmesini engellemek için uygun yükseklikte metal bar olmalıdır.
8. Arabanın sağ tarafında 1 adet en az 9 lt. kapasiteli çöp kovası olmalıdır.
9. Arabanın sol arka tarafına takılı 1 adet paslanmaz malzemeden imal yükseklik alçaklık ayarı yapılabilen serum askısı olmalıdır.
10. Arabada 1 adet kullanılmadığı zaman arka tarafına takılabilen Compact Laminant Malzemeden imal 470x590x6 mm ölçülerinde Resüsitasyon Tahtası olmalıdır.
11. Arabanın sağ tarafında 1 adet yükseklik alçaklık ayarı olan, 360 derece dönebilen Elektrostatik toz Boyalı Defibrilatör Rafı olmalıdır.
12. Arabanın sol tarafında Maksimum 5 lt. kapasiteli, emniyet kemerli oksijen tüpü taşıyıcısı olmalıdır.
13. Arabada 4 adet 100mm'lik tekerlek olmalıdır ve bu tekerlerin tümü frenli olmalıdır.
14. Arabanın üst tablanın sol tarafından çıkartılabilir ve gizlenebilir ilaç hazırlama, tablet koyma veya yazı tahtası olarak kullanılacak şekilde aparat olmalıdır.
15. Araba üst tabla Ölçüleri; 620*600 mm (± 20 mm) olmalıdır.
16. Arabanın Eni (dıştan dışa); 800 (± 20 mm) Boyu; 610 (± 20 mm) olmalıdır. (Çöp kovası hariç)
17. Toplam Yükseklik; 1100 mm (± 20 mm) olmalıdır.
18. Araba en az 5 çekmeceli olmalıdır.
19. Çekmecelerin üzerinde isim etiketi için uygun kanal olmalıdır.
20. Çekmeceler Teleskopik Ray Sistemi ile Kolayca Açılıp kapanabilmelidir.

Çekmecelerin İç Ölçüleri;

- 1 ve 2. Çekmece: 445x545x70mm 3,4 ve 5. Çekmece 445x545x140mm olmalıdır.

Diyadin Tekniker
Onur KOS


Hançira
Mahmut Gökçe


Hançira
Göçün Bologan
