

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.06.2025

Sayı: 548

Konu: VENTİLATÖR CİHAZI İÇİN FLOW SENSÖRÜ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YENİDOĞAN PROKSİMAL FLOW SENSÖRÜ			15	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

VENTİLATÖR CİHAZI FLOW SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz de bulunan MEK marka SU:M1 model ventilatör ve Hamilton C1 cihazına uygun olmalıdır.
2. Flow sensörü verilirken sensör kablosu ile birlikte verilebilecektir.
3. Flow sensörü yekpare olmalıdır.
4. Sensör CE belgeli olmalıdır.
5. Teklif veren firma numune göndermelidir.
6. Kalite, mükemmel sinyal kararlılığı ve doğru okumalar için güvenilir yanıt olmalıdır.
7. Akış sensörü SpiroQuant H, uygun ölçüm ünitesine (diferansiyel basınç göstergesi) bağlı olarak solunum gazı akışını ölçmek için pasif bir akış diferansiyel basınç dönüştürücüsü olmalıdır.
8. Sensör, yeni doğan uygulamalarında tek hasta kullanımı için tek kullanımlık sensör olarak tasarlanmıştır.
9. Teklif verilen parça fabrikasyon hatalarına karşı 1 yıl garantili olmalıdır.


Betül Sarsık
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Cihaz Teknikeri


Betül Sarsık
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Cihaz Teknikeri


Betül Sarsık
Biyomedikal Yüksek Mühendisi