

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.06.2025

Sayı: 555

Konu: TİTMUS FLY STEREO TESTİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STEREO DERİNLİK GÖRME TEST CİHAZLARI, STEREO FLY OPTİK DERİNLİK GÖRME TESTİ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TITMUS TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Test derinlik hissi testi için tasarlanmış olmalıdır.

2-Test Polaroid gözlük takılarak yapılabildiği için beraberinde polaroid gözlük verilmelidir.

3-Testin birinci sayfasında sinek fotoğrafı,ikinci sayfada üç sıra halinde yan yana dizilmiş hayvan resimleri ve dokuz adet dördü halka grubu olmalıdır.

4-Test, polaroid gözlük takıldığında binoküler görmeye sahip bir insanın sineğin kanatlarını havada, hayvanlardan ve halkalardan birini zeminden önde veya geride algılayabilceği şekilde yapılmış olmalıdır.

5-Çocuklar için hayvan testi 400 ile 100 seconds of arc arasında ve Graded circle test 800 ile 40 seconds of arc arasında olmalıdır.

Dr. Öğr. Üyesi **Ezgi KARATAS**
Akad. İbrahim Çeken Üyesi
Fizyoloji ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 187082 Uzm. Tes. No: 142515

Akay Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op.Dr. **Zehra GÜVEN SAĞLAM**
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip. Tes. No: 128548 Uzm. Tes. No: 174195

Doç. Dr. **Yavuz ERUÇ**
Akay Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 127711 Uzm. Tes. No: 142515