

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKLİFE DAVET

23.06.2025

Sayı: 550

Konu: TNO TESTİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.06.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STEREO DERİNLİK GÖRME TEST CİHAZLARI, STEREO TNO OPTİK DERİNLİK GÖRME TESTİ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TNO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Okul öncesi yaş grubundaki çocuklarda (2,5- 5 yaş arası) binoküler görme kusurlarının tespiti için tasarlanmış olmalıdır.
2. Test 7 adet plakadan oluşmalıdır (kırmızı-yeşil gözlük ile görülebilmelidir).
3. Plaka I:
Bu plakada iki adet kelebek bulunmalıdır, bunlardan biri, ancak her iki göz beraber kullanıldığı takdirde kendini gösterebilecek şekilde gizlenmiş olmalıdır.
4. Plaka II:
4 adet, farklı büyüklükteki disk şeklinde (top, sos şişesi gibi) yapılar gösterilmelidir.
5. Plaka III:
4 adet farklı şekillerdeki cisimler- disk, üçgen,kare ve karo- farklı doku malzemelerinin keşiştiği bir artı etrafına gizlenmiş olmalıdır.
6. Plaka IV:
Bu test, supresyon testi olmalıdır ve küçük bir diskin, 2 büyük disk ile yandan destekli olduğu bir şekli göstermelidir.
7. Plaka V-VI:
Bu plakalarda test figürleri (eksik parçalı diskler), 6 farklı derinlik seviyesinde bulunmalıdır (her iki disk aynı seviyede olacak şekilde).

Doç. Dr. Üyesi E. KARATAS
Fakültesi ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 141992 Uzm. Tes. No: 144374

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op.Dr. Zehra GÜVEN SANCILAM
Göz Hastalıkları A.B.D.
Dip. Tes. No: 141992 Uzm. Tes. No: 141993

Doç. Dr. Y. K. ORUÇ
Fakültesi ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 141992 Uzm. Tes. No: 141993