

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.06.2025

Sayı:168

Konu: Glukometre Strib Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	GLUKOMETRE ŞEKER STRİBİ			40000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GLUKOMETER (ŞEKER STRİBİ) ŞARTNAMESİ

1. Stripler biosensör teknolojisi ile çalışmalıdır
2. Stripler kan damlatmaya gerek duymadan sribin uç kısmından kapiller olarak çekilmelidir.
3. Stribin kanı emen bölümü şeffaf olmalı ve kanın emildiği bölüme yeteri kan dolup dolmadığı gözle görülebilmelidir.
4. Strip kan örneği uygulandığında yeterli kan örneğinin uygulandığı cihaza bildirecek teknolojiye sahip olmalıdır.
5. 7S0 adet scribe 1 (bir) cihaz verilecektir.
6. Stripler 1,5 mikrolite kan örneğiyle çalışabilmelidir.
7. Stripler üzerinde sribin cihaza takılacak bölümünü gösterir işaretler bulunmalıdır. Stripler 25 Tik veya SOTik ambalajlarda olmalıdır.
8. Stripler toplam 10 sn içerisinde sonuç verebilir özellikte olmalıdır.
9. Stripler orjinal mal ambalajında olmalıdır, kutu etiketleri Özerinde kod no, lot no son kulunun tarihi, saklama koşulları ve kaç testlik ambalajda olduğu belirtilmelidir
10. II. Stnpler 4—30 °c sıcaklıkla saklanabilmeilidir.
11. Strip kutularında nemlenmeyi önleyecek düzenekler bulunmalıdır.
12. Her kutunun içerisinde mutlaka bir kalibrasyon çubuğu bulunmalıdır.
13. Stripler dünyada gold standart kabul edilen YSI sistemleriyle yapılan karşılaştırmalarda geçerli olan standartları yakalamış olmalıdır.
14. Teslim tarihinden itibaren en az ¹ (bir) yıl miadı olmalıdır.
15. Son Kullanma tarihinin geçmesine 3 ay kala bildirilen kullanılmamış tüm stripler yenisiyle değiştirilecektir.
16. Striplerle beraber muhakkak control solüsyonları (yüksek normal düşük) gönderilmelidir.
17. Cihaz üst üste 2 ve daha fazla sayıda ölçüm yaptığında ölçüm sonuçları arasında tutarlılık olmalı. (%S lik sapma Kabul edilir).
18. Her cihaz için 2 adet pil verilmeli
19. Numune üzerinde değerlendirilecektir.

Mohmet Denizir

[Signature]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

Adem Tascemir
[Signature]