

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

24.06.2025

Sayı:166

Konu: ALET MASASI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 01.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
İhtiyaç Ulaştırma
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	ALET MASASI			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PASLANMAZ ÇELİK ALET MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ VE KULLANIM ALANI

Bu şartname, sağlık kuruluşlarında (ameliyathane, doğumhane, yoğun bakım, poliklinik vb.) kullanılmak üzere paslanmaz çelikten üretilmiş, tekerlekli ve taşınabilir alet masasının teknik özelliklerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. GENEL ÖZELLİKLER

Masa, iki raflı yapıda olmalıdır.

Üst rafın üç tarafı (arka ve yanlar) 3-5 cm yüksekliğinde kıvrımlı kenarlıklarla çevrili olmalıdır.

Alt raf düz ve açık olmalıdır.

Masa mobil olmalı, 4 adet tekerleğe sahip olmalı, tekerleklerin en az ikisi fren sistemli olmalıdır.

3. MALZEME

Tüm gövde ve raflar AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

Kaynak ve bağlantı noktaları pürüzsüz, kolay temizlenebilir ve hijyenik olmalıdır.

Paslanmaya, kimyasallara ve dezenfektanlara dayanıklı olmalıdır.

4. ÖLÇÜLER ($\pm\%10$ tolerans ile)

Op.Dr. Gülçin Seyda AĞSAKAL
Ağrı Patnos Devlet Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dış. Tes.No:203416
İzm.Tes.No:167834

PATNOS DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Barış AYDIN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.
Dış. Tes. No: 160433
Uzm. Tes. No: 166060

Sorumlu Ebe
Zülfistan ATES

DOĞUMHANEDE ALET MASASI KULLANIMI GEREKÇE RAPORU

1. Konu:

Doğumhane biriminde kullanılan paslanmaz çelik alet masasının temini/güncellenmesi ihtiyacına yönelik gerekçe raporudur.

2. Mevcut Durum:

Doğumhane ünitesinde doğum, müdahale ve küçük cerrahi işlemler sırasında kullanılan medikal aletlerin düzenli, steril ve hızlı erişilebilir şekilde taşınması ve organize edilmesi gerekmektedir. Mevcut masa sayısı yetersiz olup, kullanılan masalarda zamanla deformasyon ve paslanma belirtileri gözlenmektedir.

3. Alet Masasının Sağladığı Faydalar:

Steriliteyi Korur: Paslanmaz çelik yapısı sayesinde dezenfeksiyon kolaylığı sağlar, enfeksiyon riskini azaltır.

Hız ve Pratiklik: Tekerlekli yapısı ile doğum odaları arasında kolay taşınır, acil durumlarda zaman kazandırır.

Düzen Sağlar: Üzerindeki raflar sayesinde aletlerin düzenli yerleştirilmesini sağlar, karışıklığı önler.

Hijyen Standartlarına Uygundur: Yüzey yapısı sıvı birikimini önler, temizlik sonrası mikrobiyal yükü azaltır.

Çalışan Güvenliği: Yuvarlatılmış köşeleri ve ergonomik tasarımı ile hemşire ve ebelerin güvenli çalışmasına olanak tanır.

4. Gereklilik Nedeni:

Artan doğum sayıları ve yoğunluk nedeniyle mevcut masa sayısı yetersiz kalmaktadır.

Doç. Dr. Gülçin Seyda AĞSAKAL
Patnos Devlet Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölümü
Dip. No: 160433
Uzm. Tes. No: 167834

PATNOS DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Özgür AYDIN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Dip. No: 160433
Uzm. Tes. No: 166060

Sorumlu Ebe
Ullatan ATEŞ


PATNOS DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Bahar AYDIN
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.
Dip. Tes. No: 160433
Uzm. Tes. No: 166060

İletişim Bilgileri
Şifurumu Ebe
Julia ATEŞ

Op.Dr. Gülçin Seyda AĞSAKAL
Ağrı Patnos Devlet Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip.Tes.No:203416
Uzm.Tes.No:167834

Bize Ulaşın