

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 25DT951082

24.06.2025

Konu: Buharlı Sterilizatör (Otoklav) Cihazı 1 Yıllık Parça Hariç
Periyodik Bakım Onarım Hizmeti Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı mal/malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30/06/2024 Tarih ve saat: 10:00 'e kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Bilgilerinize önemle duyurulur.

Murat İYİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Mal/Hizmet Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Buharlı Sterilizatör (Otoklav) Cihazı Parça Hariç Periyodik Bakım Onarım Hizmeti (Sümer SM-2KK 670 L Marka/Mode 1 Adet Cihaz)	2	Bakım		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

Yazıyla//.....TL//

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın almanın Yapılacağı Birim:

İhtiyaç verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.

İhtiyaçlar zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak İlçe Devlet Hastanesi

**SÜMER MARKA OTOKLAV CİHAZI İÇİN 1 (BİR) YILLIK PERİYODİK BAKIM-ONARIM
HİZMETİ (PARÇA HARİCİ) ALIM İŞİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

CİHAZ BİLGİLERİ

Sıra No	Cihazın Cinsi	Miktar	Özellik	Marka	Model
1	Buharlı Sterilizatör (Otoklav)	1 Adet	Tek Kayar Kapak Prizmatik Otoklav, 670 L. Kapasiteli	SÜMER	SM-2 KK 670 L

A.TEKLİF DOSYASINDA İSTENİLEN BELGELER

1.İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi, Bakım yapacak personellere ait eğitim sertifikaları ve Teknik Servis belgesi

B.PERİYODİK BAKIM / ONARIM GÜN VE SAATLERİ

1.Periyodik ve koruyucu bakımlar, cihazın bulunduğu kuruluşun ilgili birim sorumlusu, Biyomedikal Birimi ile ilgili bölüm sorumlusu ve ilgili firma sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve saatte yapılır.

2.Yüklenici, periyodik bakım için yapılacak işleri daha önceden belirleyerek Biyomedikal Birimine yazılı olarak bildirir.

C.SERVİS HİZMETLERİ

1.Yukarıdaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda Biyomedikal Birimi teknik elemanlarının gözetiminde yapılır. Biyomedikal Birimi gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez Cihazın bakımını yapan yüklenici firmanın 4 nüshalık servis formu teknik personel ile birlikte düzenlenir ve bu formların birer nüshası cihazın bulunduğu ilgili birimde, Biyomedikal Biriminde yüklenici firmada kalır, diğer bir nüshası fatura ile birlikte satın alma birimine verilir. Nüshalarda yüklenici firma kaşesi, cihazın bulunduğu ilgili birim yetkilisinin, Biyomedikal Biriminin teknik elemanının ve yüklenici firmanın servis elamanının imzaları olmalıdır. Bu rapor formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin tamamlandığı, işe başlama ve bitirme saatleri ile birlikte belirtilir.

2.Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var olan programsal, elektronik veya mekanik parça işlevlerinin iptali gibi nedenlerden oluşan yeni bir arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur bu durumda her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.

3.Cihazda arızanın giderilmesi için herhangi bir parçaya ihtiyaç duyulursa yüklenici firma gerekli parçanın teknik özelliklerini belirten teknik servis raporu hazırlayarak idareye teslim eder. Hastane gerekli parçayı temin ettikten sonra yüklenici firmaya haber verir. Yüklenici firma 48 (2 gün) saat içerisinde parçanın montajını ücretsiz yapmakla yükümlüdür.

4.Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

5.Yüklenici, bakım faaliyetlerinde cihazın elektrik güvenlik testlerini yapmalıdır.

6.Arızanın acil giderilmesi gereken veya istenen durumlarda gerekli ise yüklenici mesai saatleri dışında çalışmayı kabul eder. Ayrıca, yüklenici kendi isteği ile mesai saatleri dışında veya hafta sonu bayram ve resmi tatil günlerinde çalışırsa; arızayı giderme çalışmaları nedeniyle tatil günleri ve mesai



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak İlçe Devlet Hastanesi

saatleri dışında çalışmak zorunda kalırsa veya çalışma uzar ve mesai saatleri dışına taşarsa, bu mesai saatleri dışında çalışmalar için hiçbir şekilde ek ücret ödenmez, teknik personelin seyahat masrafları ve benzeri masrafları verilmez.

7.Cihazda fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılır.

8.ünitede çalışan cihazların % 95 up-time çalışmayı gerçekleştirmesi sağlanacaktır.

9. Cihazların periyodik bakımlarında aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

Cihazın yan ve ön koruma sacları açılıp fiziki kontrolleri yapılacaktır.

Pano ve otomasyon bölümü giriş çıkış prosedür takibi yapılacaktır.

Pano içerisinde bulunan kontaktör, termik, sigorta ve tüm bağlantıların kontrolü yapılacaktır.

Kumanda paneli,printer ve manometrelerin kontrolleri yapılacaktır.

Kapak ve göbek contalarının kontrolleri yapılacaktır.

Kayar kapak contalarının kontrolü ve temizliği yapılacaktır.

Hava kompresörü veya merkezi hava bağlantıları kontrolü yapılacaktır.

Jeneratör emniyet ventilinin basınç kontrolü ve referans ayarları kontrol edilecektir.

Jeneratör içi temizlenecek ve kireçlenme bulguları var ise yetkililere aktarılacaktır.

Sıvı seviye elektrotları ve şamandıra kontrolü yapılacaktır.

Rezistans, rezistans kabloları ve bağlantılarının kontrolleri yapılacaktır.

Su motoru ve su motoru valfinin bağlantıları kontrol edilecektir.

Tahliye ve Sirkülasyon motoru bağlantıları kontrol edilecektir.

Vakum motoru ve vakum valfinin bağlantıları kontrol edilecektir.

Ceket doldurma ve kondens hattının kontrolü yapılacaktır.

Ceket emniyet ventilinin basınç kontrolü ve referans ayarları kontrol edilecektir.

Cihazın buhar hattı, vakum hattı ve hava hattı kaçak kontrolleri yapılacaktır.

10.Servis hizmeti sonunda, cihazın çalışma performansı test edilerek cihaz çalışır vaziyette teslim edilir.

D.ARIZAYA MÜDAHALE

Herhangi bir zamanda cihazın teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, üreticinin belirlediği normların altına düşmesi durumları ?arıza? olarak kabul edilir. Yüklenici bu arızalara müdahale etmekle yükümlüdür.

1.Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, cihazda arıza meydana gelmesi halinde, cihazın bulunduğu yerin yetkilisi, yükleniciyi telefon, fax veya e-posta ile bilgilendirir. Bilgilendirme tarih ve saati olarak bildirenin kayıtları esas alınır. Arıza bildiriminin ardından, yüklenici en geç 48 (kırk sekiz) saat içinde cihaza müdahale ederek arızanın nedenini tespit etmek ve arıza tespitini müteakip yedek parça gerektiren durumlarda hastaneye yedek parça fiyatını içeren proforma vermek zorundadır.

2.Yedek parça ihtiyacı bulunmaması halinde arızalı cihaza müdahaleden itibaren en geç 12(on iki) saat içinde arıza giderilmiş olmalıdır.

E.CEZAİ HÜKÜMLER

1.Arıza bildiriminin ardından D.1. maddesinde belirtilen süreler içerisinde arızanın nedeni tespit edilmelidir. Belirtilen sürenin aşılması durumunda her saat için ilgili cihazın periyodik bakım/onarım sözleşme bedeline % 3 (binde üç) oranında kesilen ceza yüklenicinin ilgili dönemindeki tahakkukundan kesilir.

2.Yukarıda belirtilen D.2. maddesinde süreler aşıldığı halde cihaz çalışmıyorsa gecikilen her gün için periyodik bakım/onarım cihaz başına düşen sözleşme bedelinin % 3 (binde üç) kesilerek ceza olarak



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Tutak İlçe Devlet Hastanesi

tahakkuk ettirilir. Cihazın periyodik bakımlarının yapılmaması durumunda ise ,o dönem bakım faturasıödenmez ve periyodik bakım/onarım sözleşme bedelinin % 3 (binde üç) kesilerek ceza olarak kesilir ve bir sonraki bakım faturasından tahakkuk ettirilir.

3.Cihazın servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin veya işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.

4.Şartnamedeki diğer maddelerin eksik olarak yerine getirmesi durumunda, ilgili cihazın periyodik bakım/onarım sözleşme bedelinin %1(yüzde biri) oranında kesilen ceza, yüklenicinin ilgili dönemindeki tahakkukundan kesilir.

F.TEKNIK ÖZELLİKLER

Yüklenici arızalar dışındaki durumlarda, sözleşme kapsamındaki cihaza 1 (bir) yılda 6 (Altı) ay aralıklarla 2 (İki) defa bakım ve gerekli kalibrasyonları yapmakla varsa bakım kitlerini yenilemekle yükümlüdür.

Yusuf Gökçe
Tezcan
Yür

Aysegül

Aysegül TEZCAN
Ebe