



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-280038104
Konu : Teklife Davet

25.06.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ İHTİYACINA BİNAEN 1 KALEM CERRAHİ EL ALETİ (5 ADET EPİZYOTOMİ MAKASI)ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02.07.2025** tarih ve saat 10:00'a kadar **ddhsatinalma@gmail.com** adresine göndermenizi rica ederim.

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	EPİZYOTOMİ MAKASI	ADET	5		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Belge doğrulama kodu: 872433C3-D045-4F38-9100-DC5EFB563FEE

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>


Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN
Tıbbi Sekreter
Telefon No: 04723126047 - 215



EPİZYOTOMİ MAKASI ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Operasyon sırasında dokularında kesilmesine olanak veren cerrahi makas tamamen paslanmaz ve korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Cerrahi epizyotomi makasları her türlü sterilizasyon şartlarına uygun olmalıdır.
5. With CE and 150 09002 olmalı ve 14.5 cm olmalıdır.
6. Makas uçları künt olmalıdır. Kesici kısımları dışında keskin sınırları bulunmamalıdır.
7. Makas üzerinde üretici firmanın adı katalog numarası, imal edildiği ülke, CE işareti ve paslanmaz çelik üzerinde "stainless" ibaresi silinmeyecek şekilde lazerle yazılı olmalıdır.
8. 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
9. Epizyotomi makasından 5 adet tekli olarak alınmalıdır.
10. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3. Maddesinin (0) bendi uyarınca; Tıbbi cihaz: İnsanda kullanıldıklarında asli fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde; Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi. Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması Doğum Kontrolü amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte cihazın amaçlanan işlevini yerine getirilebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeleri,
11. Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin " Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi yetki belgesinin ibrazı zorunludur.
12. Teklif edilecek Tıbbi cihazların www.titck.saglik.gov.tr. Adresinde TITUBB/ÜTS' de kayıtlı olması ve kayıtlı ürünün ürün numarası, seri ve lot numarası bilgilerini içermesi zorunludur.

Faruk Duygu Kodigöçü


Ayşe Ertürk


DOÇ.DR.YASAR ERYILMAZ
DOĞU AYAZIT DEVLET HASTANESİ
Fikret ERDOĞAN
Ambar Birimi
