

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi


TEKLİFE DAVET

27.06.2025

Sayı:170

Konu: OTOMATİK TURNİKE

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet ULAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TURNİKE			700	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

OTOMATİK KAN ALMA TURNİKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Elastik özellikteki otomatik turnike kan alma işleminde damarın rahatlıkla bulunmasını sağlamalıdır.
- Dirsekten 10 cm yukarıdan takıp çekmek suretiyle sıkıştırılabilir olmalı.
- Turnikenin kilit kısmı tek elle açılır kapanır kolaylıkta olmalı.
- Venöz basıncının artmasını sağlayan ürün kan alımının hatasız yapılmasını yardımcı olmalıdır.
- Pratik bir şekilde uygulanabilir ve çözülebilir olmalı.
- Boyuna esnek plastik bir kilit bulundurmamalıdır.
- Mandallı ve stoplu olan otomatik turnike 40 cm uzunlukta ve 2.5 cm genişlikte olmalıdır.
- Sıkı bir dokuya sahip olmalıdır.
- Uç kısımları dikişleri daha sağlam ve elastik özellikleri tam olmalı.
- Üsteki kilit kısım daha sağlam malzemeden yapılmalıdır.
- Teklif veren firmalar numune göndermelidir. Gönderilen numuneler ilgili birim tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

Ayşe Duda
Özpolat



Adem Tardemir

Zekeriya
