

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.06.2025

Sayı: 171

Konu: TIBBİ MONİTÖR TAŞIMA STANDI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mühür ve İmza
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ MONİTÖR TAŞIMA ARABASI-STANDI			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

MONITOR TAŞIMA ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Taşıma arabasının Ø100 mm çapında 4 adet medikal tekerleği olmalıdır ve bu tekerlerden 2 adeti frenli olmalıdır.
- 2- Arabanın tamamı elektrostatik fırın toz boyalı olmalıdır.
- 3- Taşıma arabası üzerinde yüksek mukavemetli plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş, kenarlarında iki adet kablo asma yeri olan plastik sepet olmalıdır.
- 4- 30 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
- 5- Monitör standı tamamen demonte edilebilir olmalıdır.
- 6- Ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.
- 7- Monitörün altına bağlanan tabla, alüminyum ekstraksiyon yöntemiyle üretilmiş tabla olmalıdır.
- 8- Farklı monitörlere bağlantı yapılabilmedir.
- 9- Alt tablada 4 adet plastik enjeksiyonla üretilmiş tampon olmalıdır
- 10- Üretici firmanın TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır.
- 11- Firmanın, Tıbbi cihazlar için ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesi olmalıdır.
- 12- Firmanın, ISO 13485:2012 uluslararası kalite yönetim sistemi belgesi olmalıdır.
- 13- Firmanın, ISO 14001:2004 uluslararası çevre yönetim sistemi belgesi olmalıdır.

PATNOS DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Bülent AYDIN
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Din
Uzm. Tes. No: 166033
Uzm. Tes. No: 166033

Op. Dr. Mine Damla MALGARALI ŞANLI
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Dip. Tes. No: 215161
Uzm. Tes. No: 171341

Sorumlu E
Gülistan Aİ

