

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.07.2025

Sayı: 576

Konu: 45 LT HIGHFLOW CO2 İNSÜFLATÖR ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.07.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İNSÜFLATÖR CİHAZLARI, KARBON DİOKSİT İNSÜFLATÖR CİHAZI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

45 LT HIGHFLOW CO2 İNSÜFLATÖR

Hastanemizde kurulu bulunan Richard Wolf Marka Kullanılan orijinal cihaz ile uyumlu olmalıdır.

- 1) 100 – 240 V AC, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.
- 2) Maksimum gaz akış kapasitesi en az 45 lt olmalıdır.
- 3) Çalışma döngüsü, sürekli operasyon modu olmalıdır.
- 4) Cihazın maksimum insüflasyon basıncı 25 mm Hg olmalıdır. 3-25 mm Hg arasında set edilebilmelidir. 3-25 mm Hg arasında 1 mm Hg lik aralıklarla ayarlanabilmelidir.
- 5) Cihazın "Primary" ve "High-Insufflation" gaz akış modları bulunmalıdır.
- 6) Güç tüketimi 60 VA olmalıdır.
- 7) Tüketim göstergesi 0 l - 9999 l ($\pm 20\%$) olmalıdır.
- 8) "Primary" gaz akış modu 1 lt/dk ($\pm 50\%$) olmalıdır.
- 9) "High-Insufflation" gaz akış modu 2-45 lt/dk ($\pm 50\%$) olmalıdır.
- 10) "High-Insufflation" gaz akış modu 2-45 lt/dk arasında 1 lt/dk' lık adımlarla ayarlanabilmelidir.
- 11) Cihazın opsiyonel tek kullanımlık (disposable) entegre hijyen filtreli insüflasyon tüpü bulunmalıdır.
- 12) Tüp seviyesi, ekran üzerinde görülebilmelidir.
- 13) Cihazın arka panelinde, tüp bağlantısı için monte edilebilen tüp tutucu giriş yeri bulunmalıdır.
- 14) Aşağıdaki parçaları ile birlikte set halinde verilmelidir:
 - 1 Adet Güç Kablosu
 - 1 Adet yüksek akışlı, otoklavlanabilir insüflasyon Tüpü
 - 1 Adet CO2 Basınç Tüpü
 - 10 Adet steril Hijyen Filtresi

Beül SAKSİK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Uzm. Dr. Uğur AYDIN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 161322
AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uzm. Dr. Çağrı COŞKUN
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 164658
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

17.02.2025