

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.07.2025

Sayı: 581

Konu: DEFİBRİLLATÖR KAĞIDI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.07.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DEFİBRİLLATÖR KAĞIDI Z KATLI 80 MM X 70 MM			20	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyatlarından değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DEFİBRİLLATÖR CİHAZI YAZICI KAĞIDI

1. Defibrilatör kağıdı MEDIANA Marka D500 Model cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Kağıt 80*75mm boyutunda olmalıdır.
3. Kağıt çizgili olmalıdır. Yatay ve dikey hat çizgileri olmalıdır.
4. Kağıt cihaza düzgün bir şekilde yerleştirilebilir olmalıdır.
5. Kağıt termal olmalı ve üzerine grafikler net ve belirgin bir şekilde çıkmalıdır.
6. Kağıt orijinal ambalaj içinde olmalıdır. Kağıt Z katlamalı olmalıdır. Sorun çıkmadan çıktı alınmalıdır.
7. Defibrilatör kağıdı UBB koduna sahip olmalıdır.
8. Firma tarafından numune gönderilmelidir. Numuneye onay verilince sipariş çekilecektir. Numune geri gönderilmeyecektir.
9. Yazıcı kağıdı orijinal olmalıdır.
10. En iyi kalitede olmalıdır.
11. Yüksek yoğunluğa sahip baskı kağıdına sahip olmalıdır.
12. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

Salman George's

B. Z. SARIK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

[Signature]