

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

30.06.2025

Sayı: 26

Konu: 2 KALEM STERİLİZASYON MAL MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.07.2025 saat: 10:00 'a kadar agriagizdis@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Terhan.TARLIĞ
İdari ve Mali İşler Müdürü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÖLÇÜ KAŞIĞI TAKIMI PLASTİK PEDODONTİK TİP			180	Adet		
2	STERİLİZASYON RULOSU 7.5CMX200M DÜZ			60	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfı veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- **Kısmi fiyat teklifine kapalıdır. Tüm kalemlere fiyat teklifi verilmeyen teklifler geçersiz sayılacaktır.**

STERİLİZASYON RULOSU ŞARTNAMESİ

- 1- Rulolar etilenoksit ve buhar indikatörlü olmalı renk değişimi net olmalıdır.
- 2- 60 gr/m² medikal kraft kağıt diğer tarafı kopolimer filmten üretilmiş olmalıdır.
- 3- Beş kattan oluşan filmi (min.50 mikron) diğer iki katmanlı filmlerden daha dayanıklı ve esnek olmalıdır, uzun süreli sterilizasyonda yıpranmamalıdır.
- 4- Filmin dış polyester (PET) katman yüksek ısı dayanımı sağlarken alttaki polipropilen (PP) esaslı katman yüksek sağlamlık, esneklik ve kolay açılabilme özelliklerinin yanında yüksek yalıtım ve yırtılma direnci sağlamalıdır.
- 5- Paketlenmiş ürünler şeffaf filmten rahatlıkla görülebilmelidir.
- 6- ISO 11140-1 göre uygulanmış işlemci indikatörleri bulunmaktadır.
- 7- İndikatörlerin renk değişimleri net olmalıdır.
- 8- Vakum sistemli otoklavda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalıdır. Bunun yanı sıra paket kolay açılabilmeli ve açarken partikül bırakmamalıdır. Steril edilen paketin açılması esnasında oluşan tozlanmadan ötürü doğan kontaminasyonu minimuma indirmelidir.
- 9- Gaz ve buhar indikatörleri, kağıt ile film arasında kenarda olmalı, yerleşimleri asıl sterilizasyon bölgesinin dışında kalmalıdır.
- 10- Rulolarda açılma yönü bulunmalıdır.
- 11- Ürün ISO 9001:2000 ve CE belgeli olmalıdır.
- 12- Ruloların eni 7,5 cm boyu 200mt uzunluğunda olmalıdır.

İbrahim DEMİR
Sterilizasyon Sorumlusu
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

İsmet Ziya ARSICAN

İbrahim GÜLDİRİM
Sterilizasyon Personeli

PERİODONTAL ÖLÇÜ KAŞIĞI ŞARTNAME

1. Sert kaliteli plastikten üretilmiş olmalıdır.
2. Otoklav edilebilir olmalı, kırılmaya ve ısıya dayanıklı olmalıdır.
3. Ölçü maddesinin retansiyonu için delikleri olmalıdır.
4. Ölçü kaşıkların boyutları periodontal boyutta dişli kaşık olmalıdır.
5. İstenilecek numara ve sayılarda bulunmalıdır.

İbrahim DEMİR
Sterilizasyon Sorumlusu
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Yusuf Ziya ARSLAN

İbrahim ÖLÜKİRİM
Sterilizasyon Personeli