

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.07.2025

Sayı: 588

Konu: 15 CC PATOLOJİ NUMUNE KABI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.07.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NUMUNE KABI 15 CC			3000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

BİYOPSİ KABİ ŞARTNAMESİ

1. ALINAN ENDOSKOPIK BİYOPSİLERİ AKTARMAYA ELVERİŞLİ BÜYÜKLÜKTE 15 ML PLASTİK ŞEFAF RENKLİ, KAPAĞI ÇEVİRMELİ OLMALI VE SIVIYI SIZDIRMAMALIDIR.
2. ŞİŞELER ALINAN DOKULARIN BOZULMASINI ÖNLEYECEK KAPAĞI İLE %10 FORMALİN İLE YARIYA KADAR DOLU OLACAKTIR. İÇİNDEKİ SIVI KESİNLİKLE DOKUYU YAKMAMALI VE DOKUNUN YAPISINI BOZMAMALIDIR. HAZIRLANAN SIVI ORANI FİRMA TARAFINDAN SERTRİFİKALI OLARAK BELİRTİLECEKTİR.
3. ŞİŞELER ORJİNAL AMBALAJINDA DÖKÜLME OLMAYACAK ŞEKİLDE PAKETLENMİŞ OLMALIDIR.
4. ŞİŞELERİNİN HER BİRİNİN ÜZERİNDE ÜRETİCİ FİRMA, TARİH, SAKLAMA KOŞULU,ZARARLI ETKENLER, CEVID VE HASTA BİLGİLERİNİ YAZILI OLDUĞUNU GÖSTERİR ETİKET OLMALIDIR.
5. ETİKETLER ŞİŞEYİ TAMAMEN KAPATMAMALIDIR. TEKLİF VEREN FİRMALAR ÜRÜN İÇERİĞİNİ GÖSTEREN SERTİFİKALI BELGEYİ SUNMAK ZORUNDADIR.
6. FİRMALAR DÖRT ADET NUMUNE VERECEKTİR. BÖLÜM GEREKLİ GÖRÜRSE NUMUNELERİ KULLANACAKTIR.
7. ÜRÜNLERİN ETİKETİ AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARININ DÜZENLENMESİNE GÖRE YAPILMALI VE ETİKET ÜZERİNDE BİLGİLENDİRİCİ NOTLAR İLE UYARICI SEMBOL VE AÇIKLAMALAR YER ALMALIDIR.
8. KULLANILAN BİYOPSİ KAPLARI SERTİFİKALI OLACAKTIR.
9. ŞARTNAMEDE İSTENİLEN EVRAKLAR EKSİKSİZ ŞEKİLDE TEKLİFLE BERABER VERİLECEKTİR. BELGELERİ OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI KALACAKTIR.
10. ÜRÜNLER NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
11. ÜTS KAYDI OLMALIDIR. KAYDI OLMAYAN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

[Handwritten signature]

Dr Adem ASLAN

128089

[Handwritten signature]