

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

01.07.2025

Sayı: 25.07.2025 038

Konu: Laboratuvar İçin 4 Kalem Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.07.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN BATTANİYELERİ	2	Adet		
2	LABORATUVAR DÖKÜLME SAÇILMA KİTİ BİYOLOJİK	1	Adet		
3	LABORATUVAR DÖKÜLME SAÇILMA KİTİ KİMYASAL	1	Adet		
4	GÖZ DUŞU	1	Adet		
Genel Toplam					

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TUTAK DEVLET HASTANESİ

TIBBİ LABORATUVARLAR İÇİN DÖKÜLME SAÇILMA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A.KONU

Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı için biyolojik ve kimyasal dökülme saçılma kiti teknik şartnamesidir.

B. ALIMI YAPILACAK KİTLERİN ÖZELLİKLERİ

1. Kit, laboratuvarlarda oluşabilecek biyolojik döküntülerde kullanılabilecek absorban madde ve yardımcı ekipmanları içeren plastik ve kapaklı kutu veya kolay taşınabilir plastik çanta şeklinde olmalıdır.
2. Kit kutusu üzerinde biyolojik veya kimyasal döküntü kiti olduğunu gösterir, Türkçe etiket ve içerik bilgisi bulunmalıdır.
3. Biyolojik dökülme saçılma kiti kutu içeriği aşağıdaki malzemelerden oluşmalı ve istenildiğinde bu malzemeler tek tek temin edilebilir özellikte olmalıdır:
 - 5 (beş) adet absorban ped
 - 1 (bir) litrelik alkol bazlı yer ve yüzey dezenfektanı
 - 1 (bir) litrelik el ve cilt dezenfektanı
 - 1000 (bin) gr sıvı emici ve koku giderici absorbent
 - 1 (bir) adet tehlikeli atık yazılı atık torbası ve bu torbaların bağlanması için bağcık
 - 1 (bir) adet otoklav torbası
 - Göz koruyucu ayarlanabilir saplı gözlük
 - 1 (bir) adet N95/FFP3 ventilli toz solunum maskesi
 - 1 (bir) çift çizme galoş
 - 1 (bir) çift biyolojik ve kimyasal kontaminasyona dayanıklı koruyucu eldiven
 - 5 (beş) adet yüksek emici güce sahip temizlik bezi

Uzm. Dr. Emre ÖZGEN

Tıbbi Biyokimya

Uzm. Dp. Tesis No. 177292

Patnos Devlet Hastanesi

Lab. Sor.
OSMAN DEMİR
gug

- 1 (bir) adet sıvı geçirmez koruyucu kollu önlük
- Faraş ve kazıyıcı
- 1 (bir) adet temizlik süngeri
- Sitotoksik döküntü ikaz levhası ve Şematik kullanım talimatı

4. Kimyasal dökülme saçılma kiti kutu içeriği aşağıdaki malzemelerden oluşmalı ve istenildiğinde bu malzemeler tek tek temin edilebilir özellikte olmalıdır:

- 2 (iki) adet 1000 (bin) gr kimyasal sıvı emici absorban
- 5 (beş) adet kimyasal emici ped
- 1 (bir) adet 8cmx1,2m kimyasal emici bariyer sosis
- 1 (bir) adet sıvı geçirmez koruyucu kollu önlük
- 1 (bir) çift kimyasala dayanıklı koruyucu eldiven
- 1 (bir) adet N95/FFP3 ventilli solunum maskesi
- 1 (bir) çift nitril eldiven
- Plastik kürek ve kazıyıcı
- 2 (iki) adet tehlikeli atık yazılı atık torbası
- 2 (iki) adet plastik bağcık
- Göz koruyucu ayarlanabilir saplı gözlük
- Kimyasal döküntü veya sitotoksik döküntü ikaz levhası
- 5 (beş) adet yüksek emici güce sahip temizlik bezi
- 1 (bir) adet temizlik süngeri
- Şematik kullanım talimatı

5. Yukarıda belirtilen tüm malzemeler kolay taşınabilir, kulplu, sıvı geçirmez plastik çanta veya plastik kutu içerisinde olmalıdır.


6. Absorban maddeler biyolojik ve kimyasallara karşı inert olmalıdır. Absorban maddeler dökülen sıvıyı kendi bünyesinde hapsederek sıvının laboratuvar çalışanları üzerindeki potansiyel tehlikelerini engellemelidir.

Uzm. Dr. Emre ÖZGEN
Tıbbi Biyokimya
Uzm. Dr. Teş. No. 177292
Patnos Devlet Hastanesi

Lab. Sor.
Osman DEMİR
[Signature]

7. Tüm kitlerin ad, marka, ambalaj, üretici firma ve ülke, saklama koşulları, raf ömrü gibi özelliklerinin yer aldığı bir tablo ve kitlerin orijinal prospektüslerinden birer adet sunulmalıdır.
8. Teklif edilen kitler Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygun olmalı, uygun olduğuna dair Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) barkod numarası verilmelidir.
9. Malzemelerin raf ömrü, teslim edildiği tarihten itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
10. Kullanım sırasında bir sorun çıkması durumunda; yüklenici firma, ilgili tüm malzemeleri sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış, yeni üretim serisi sayılı (lot numaralı) malzemelerle ayrıca bir ücret talep etmeksizin değiştirmelidir.
11. Malzeme muayene ve kabul işlemleri, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine dair yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Uzm. Dr. Emre ÖZGEN
Tıbbi Biyokimya
Uzm. Dış. Tes. No. 177292
Patnos Devlet Hastanesi



Lab. Sor.
Osman KEMAL
guz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TUTAK DEVLET HASTANESİ

TIBBİ LABORATUVARLAR İÇİN YANGIN BATTANİYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- CE Standartlarına sahip olmalıdır.
- ENİ 869 ve DİN 14155 standartlarına uygun olarak üretilmelidir.
- Maksimum sıcaklık: 550⁰ C-1260⁰ C dayanması gerekmektedir.
- Çanta üzerinde aşağıdaki görseldeki gibi bilgilendirme yazıları olmalıdır.
- Yüksek ısı karşısında üstün koruma sağlamalıdır.
- Ürün özellikleri 150 x 180 cm olmalıdır.
- Alev almaz özelliğe sahip olmalıdır.
- Yangından korumak için tasarlanmış olmalıdır.
- Çevre ve kullanıcı dostu olmalıdır.
- Asbest-Amyant içermeyecektir.
- İnsan sağlığına zararlı olmamalıdır.
- Isı yalıtkanlık özelliği olmalıdır.
- Duvara asma özellikli ve taşıma çantalı olmalıdır.
- Yangın battanyesi çekme şeridi sağlam olmalıdır.
- Ürün tahriş etmez nitelikli olmalıdır.
- Acil durumlarda yaralı insanları sedye gibi taşımada kullanılabilir olmalıdır.
- Ürün görseli temsilidir.



Uzm. Dr. Enre OZGEN
Tıbbi Biyokimya
Uzm. Dp. Tel. No: 187292
Patnos Devlet Hastanesi

Lab. Sor.
Osman DEMİR
ong

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TUTAK DEVLET HASTANESİ

TIBBİ LABORATUVARLAR İÇİN LAVABOLU GÖZ DÜŞÜ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

1. KONU

Bu teknik şartname, 04.06.2024 tarihli ve 32566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği kapsamında, hastane biyokimya laboratuvarında kullanılmak üzere temin edilecek lavabolu göz düşü ünitesinin teknik özelliklerini, kalite standartlarını ve kurulum koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. GENEL ŞARTLAR

- 2.1. Ürünler yeni, kullanılmamış ve CE belgeli olmalıdır.
- 2.2. EN 15154-1, EN 15154-2 ve tercihen ANSI Z358.1 standartlarına uygun olmalıdır.
- 2.3. ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır.
- 2.4. Parçalar paslanmaz çelik veya eşdeğer korozyona dayanıklı malzemeden olmalı, sistem laboratuvar ortamına uygun biçimde monte edilebilmelidir.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 3.1. Göz düşü başlıkları yumuşak uçlu, aeratörlü ve düşük basınçlı akışla iki göze eş zamanlı yıkama sağlayabilmelidir.
- 3.2. Başlıklarda otomatik kapak ve partikül tutucu filtre bulunmalıdır.
- 3.3. Sistem elle, ayak pedalıyla veya fotoselli olarak aktive edilebilmelidir.
- 3.4. Su akışı en az 15 dakika kesintisiz olmalı; toplam debi minimum 3 L/dak, başlık başına 1,5 L/dak olmalıdır.
- 3.5. Cihaz 2–6 bar şebeke basıncında çalışmalı, su sıcaklığı 16°C – 38°C aralığında olmalıdır.
- 3.6. Üzerinde yeşil fosforlu güvenlik etiketi veya uyarı işareti yer almalıdır.

4. LAVABO VE MONTAJ


- 4.1. Lavabo entegre ve kompakt yapıda olmalı; paslanmaz çelik veya kimyasallara dayanıklı seramikten üretilmelidir.
- 4.2. Lavabo ölçüleri yaklaşık 45 × 35 cm olmalı, derinliği 15 cm’yi geçmemelidir.

Uzm. Dr. Emre ÖZGEN

Tıbbi Biyokimya

Uzm. Dp. Tıp. No. 177292

Pamuk Devlet Hastanesi



Lab. Sor.
Osman DEMİR
ong

4.3. Cihaz kolay erişilebilir bir noktaya kurulmalı, montajı engel teşkil etmeyecek şekilde yapılmalıdır.

4.4. Kurulum ve çalışır teslimat satıcı firma tarafından ücretsiz yapılmalıdır. Tüm bağlantı ve aparatlarla eksiksiz teslim edilmelidir.

5. GARANTİ VE SERVİS

5.1. Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır.

5.2. Garanti süresince oluşacak arızalar ücretsiz giderilmelidir.

5.3. Türkiye’de yetkili servis ağı bulunmalı, yedek parça temini en az 5 yıl süreyle sağlanabilmelidir.

6. BELGELER VE UYUMLULUK

6.1. Ürün Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği’nin 20. maddesi sekizinci fıkrasına uygun olmalıdır.

6.2. Cihazla birlikte Türkçe kullanım kılavuzu, montaj şeması, CE belgesi ve uygunluk beyanı teslim edilmelidir.

6.3. Belgeler denetimlerde ibraz edilebilir şekilde hazır bulundurulmalıdır.

Uzm. Dr. Emre ÖZGEN

Tıbbi Biyokimya

Uzm. Dr. Tesis No: 77292

Patnos Dağı Tıbbi Laboratuvarı

Lab. Sor.
Osman DEMİR
gug