

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.07.2025

Sayı:180

Konu: VENTİLATÖR BATARYA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mühür ve İmza
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	VENTİLATÖR TEST CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA(BATARYA MODÜLÜ)			4	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Adilcevaz yol üstü 5 km Tlf: 04726161556 Fax: e mail:
Hız.RABİA CENGİZ YAŞAR Dahili:

Sayfa 1

BATARYA MODÜLÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Maquet marka Servo-i / Servo-S model ventilatör cihazının tüm versiyonlarına uyumlu ve orijinal olmalıdır.
2. Batarya, seri numarası ve kapasite bilgilerini hafızasında tutabilmeli ve cihazla bu bilgileri paylaşabilecek yapıda olmalıdır.
3. Modül şeklinde olup cihaza takılıp çıkartılabilmelidir.
4. CE belgesi olmalıdır.
5. Teklif veren firma TSE yeterlilik belgesini teklifle birlikte sunmalıdır.
6. Bir batarya modülü, cihazı tüm fonksiyonları ile yarım saat çalıştırabilmelidir.
7. Cihaz elektriğe takılı iken batarya otomatik olarak kendini şarj etmelidir.
8. Bataryalar cihaza 12v dc güç sağlamalıdır

Müfeda Kurup
Ahmet

Salih TAF
Suz

Nurcan CANAN
Ay

Ağrı Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Harun HAMAY
Müdür Yardımcısı

Servis Raporu:

Sipariş numarası: 45236940
Operasyon: 0030

Nesne adresi		Materyal bilgisi	
Müşteri adı:	Patnos Devlet Hastanesi	Model:	Servo-s Base Unit
Cadde:	Atatürk Mah.	Malzeme numarası:	6640440
Posta Kodu:	04000	Seri no:	31056
Müşteri numarası:	2004659	Üretim Tarihi:	07/2014
Şehir:	Ağrı PATNOS	Varlık Numarası:	100158763
İşlevsel konum:	2004659 Patnos Devlet Hastanesi Ağrı	Sözleşme numarası:	3183403280


Sipariş bilgisi		İrtibat bilgisi	
Servis siparişi no.:	45236940	Müşteri irtibat:	Patnos Devlet Hastanesi
Servis sipariş açıklama:	PATNOS DEVLET HASTANESİ BAKIM		
Sipariş Türü:	ZSM Service Maintenance		
PO numarası:			

Genel bilgi
45240360 numaralı orderda belirtilen arızanın giderilmesi sonrasında cihazın bakımı yapıldı. İnspasyon pipe membranı, eksprasyon kaset membranı ve toz filtresi temizlendi. Servis arabirimine bağlanılarak dokunmatik ekran kalibrasyonu, membrane buton testi, rotary encoder testi ve ölü pixel incelemesi yapıldı. Cihazın versiyonu v8.04.00'a güncellendi. 2 adet bataryanın kullanım ömrünü doldurduğu tespit edilmiştir. Cihazın açılış testi yapılarak cihaz çalışır durumda teslim edildi.
Çalışma Saati:34035 E.Y.K.B.:5000 O2 Cell S/N:155822 İlk Kull. Tarihi: 15.01.2025 T.Kapasite 99% Eksprasyon Kaset S/N:229845 Membran Ömrü %0 (Membran değişimi gerekmektedir) Batarya 1:60811 Batarya 2:46610 Referans Doküman: 50437-6628825_-_07_-_SERVO-s_Service_Manual Künye No:1008492681 Not: Bir önceki 45082464 order numaralı bakımda cihazda kullanılan O2 Cell ve 5000h bakım kitinin orijinal olmadığı tespit edilmiştir. İlgili yedek parçaların orijinali ile değişimi önerilir.

Kullanılan malzeme / Personel					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Miktar	Seri No.	Batch	Servis personeli
Gereken Malzeme					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Miktar	Seri No.	Batch	Mühendis
6670360	Membrane, 10 each	1 EA			V001
6487180	Battery Module	2 EA			V001
6532621	Maintenance Kit 5000h	1 EA			V001
6640044	O2 Cell for Servo-i *CSA*	1 EA			V001
Kullanılan malzeme / M					
Materyal numarası	Materyal tanımı	Miktar	Seri No.	Batch	Mühendis

Çalışma Detayları			
Başlama günü ve saati	Bitiş	Çalışma süresi	Mühendis
12.06.2025 16:30:00	12.06.2025 17:30:00	1 H	Mr ONUR OKUMUS
Toplam:		1 H	

Getinge Medikal Sistemler San. And Tic. A.S.
Küçükbakkalköy Mah. Kayisdagi Cad.
Allianz Plaza Sitesi No:1 Interior Door No:96
34752 Atasehir - Istanbul, Turkey




Onur Okumus

Teknisyenin imzası

Tarih: 12.06.2025

Email:
onur.okumus@getinge.com



Ömer Çabuk

Müşterinin imzası

Tarih: 12.06.2025

Email:
patnosdhbiyomedikal@gmail.com