

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.07.2025

Sayı:178

Konu: HASTANE GENELİ EVSEL ATIK,TIBBİ ATIK,AMBALAJ ATIK,TEHLİKELİ ATIK ÇÖP KOVALARI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet Uzun
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	EVSEL ATIK ÇÖP KOVALARI			120	Adet		
2	TIBBİ ATIK ÇÖP KOVALARI			60	Adet		
3	AMBALAJ ATIK KOVALARI			50	Adet		
4	TEHLİKELİ ATIK KOVALARI			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Adilcevaz yol üstü 5 km Tlf: 04726161556 Fax: e mail:
Hız.RABİA CENGİZ YAŞAR Dahili:

Sayfa 1

GENEL HÜKÜMLER

1. Teklif edilen tüm numuneler, komisyon tarafından veya ürünün kullanılacağı ilgili birimlerce teknik şartnamede bulunan özellikleri sağlayıp sağlamadığı yönünden değerlendirildikten sonra onaylanacaktır.
2. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır. (Ürünün kalitesi ilgili yerde uzman personelce değerlendirilerek alınacaktır.)
3. Numuneler belirtilen ölçü ve miktarda, hasarsız, kullanılmamış, orijinal ambalajında eksiksiz ve sağlam olarak gönderilmelidir. Yarım, eksik veya küçük parçalar halinde numune sunulması halinde firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

TIBBİ ATIK KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 50 litre kapasiteli olmalıdır.
2. Ürün pedallı olmalı ve kapağı 90 derece açılmalı. Pedal aksamı sağlam olmalıdır.
3. Kesici delici atıklar, enjektör iğnesi, lanset, bistüri, intraket gibi aletlerin güvenli şekilde toplanmasına uygun olmalıdır.
4. Kesilmeye, kırılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı olmalı, plastik polipropilen maddeden imal edilmiş olmalıdır. Sıvı geçirmez ve sızdırmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip ve güneş ısısından etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
6. Poşet takılabilir şekilde iç kova içermelidir.
7. Atık yönetmeliğine uygun tasarım, renk ve etiketlerden oluşmalıdır.
8. Kırmızı renkte olmalıdır.
9. Kova gövdesi üzerinde Biyotehlike sembolü ve "Dikkat Tıbbi Atık" ibaresi bulunmalıdır.
10. Üretici firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

TEHLİKELİ ATIK KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 50 litre kapasiteli olmalıdır.
2. Ürün pedallı olmalı ve kapağı 90 derece açılmalı. Pedal aksamı sağlam olmalıdır.
3. Kesici delici atıklar, enjektör iğnesi, lanset, bistüri, intraket gibi aletlerin güvenli şekilde toplanmasına uygun olmalıdır.
4. Kesilmeye, kırılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı olmalı, plastik polipropilen maddeden imal edilmiş olmalıdır. Sıvı geçirmez ve sızdırmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

Songül ARSLAN
Hemşire

Sonia EREN
Eczacı

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÖNAY
Eczacı

5. Koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip ve güneş ısısından etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
6. Poşet takılabilir şekilde iç kova içermelidir.
7. Atık yönetmeliğine uygun tasarım, renk ve etiketlerden oluşmalıdır.
8. Sarı renkte olmalıdır.
9. Kova gövdesi üzerinde “Dikkat Tehlikeli Atık” ibaresi ve sembolü bulunmalıdır.
10. Üretici firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

EVSEL ATIK KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 50 litre kapasiteli olmalıdır.
2. Ürün pedallı olmalı ve kapağı 90 derece açılmalı. Pedal aksamı sağlam olmalıdır.
3. Kesici delici atıklar, enjektör iğnesi, lanset, bistüri, intraket gibi aletlerin güvenli şekilde toplanmasına uygun olmalıdır.
4. Kesilmeye, kırılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı olmalı, plastik polipropilen maddeden imal edilmiş olmalıdır. Sıvı geçirmez ve sızdırmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip ve güneş ısısından etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
6. Poşet takılabilir şekilde iç kova içermelidir.
7. Atık yönetmeliğine uygun tasarım, renk ve etiketlerden oluşmalıdır.
8. Siyah renkte olmalıdır.
9. Kova gövdesi üzerinde “Eysel Atık” ibaresi bulunmalıdır.
10. Üretici firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

AMBALAJ ATIK KOVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 50 litre kapasiteli olmalıdır.
2. Ürün pedallı olmalı ve kapağı 90 derece açılmalı. Pedal aksamı sağlam olmalıdır.
3. Kesici delici atıklar, enjektör iğnesi, lanset, bistüri, intraket gibi aletlerin güvenli şekilde toplanmasına uygun olmalıdır.
4. Kesilmeye, kırılmaya ve delinmeye karşı dayanıklı olmalı, plastik polipropilen maddeden imal edilmiş olmalıdır. Sıvı geçirmez ve sızdırmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

Songül ARSLAN
Hemşire

mg

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜRAY
Eczane Teknisyeni

5. Koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip ve güneş ısısından etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
6. Poşet takılabilir şekilde iç kova içermelidir.
7. Atık yönetmeliğine uygun tasarım, renk ve etiketlerden oluşmalıdır.
8. Mavi renkte olmalıdır.
9. Kova gövdesi üzerinde "Ambalaj Atık" ibaresi bulunmalıdır.
10. Üretici firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

Songül ARSLAN
Hemşire

Güray KURBAN

Patnos Devlet Hastanesi
Zeynep GÜNAV
Eczane Teknisyeni