

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.07.2025

Sayı:182

Konu: TIBBİ SARF DEPO 3 KALEM MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
İhtiyaç ve Malzeme Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOTER PLAĞI ÇİFT ÇIKIŞLI BİPOLAR YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)			1000	Adet		
2	KOTER KALEMİ VE UCU			1000	Adet		
3	ENJEKTÖR 10 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI			30000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT1098 KOTER KALEMİ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, cerrahi işlemlerde kanamayı önlemek için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün kesici ve koagüle edici ucu 2-3cm teflon veya paslanmaz çelik kaplı olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürüne değişik uzunluk ve yapıdaki (paslanmaz çelik veya teflondan oluşan iğne, topuz ve bıçak uçları) takılabilmelidir. 4. Ürünün en az 3 metre uzunluğunda kablosu olmalıdır. 5. Ürünün elektrod uzunluğu 20-25 cm olmalıdır. 6. Ürünün hem kesici (cut) hem de koagüle edici iki kontrol düğmesi olmalıdır. Kontrol düğmesi kesi ve koagülasyon geçişlerinde takılı kalmamalıdır. 7. Ürünün bağlantısı üç girişli standart fiş ile sağlanmalıdır. 8. Ürün ameliyathanelerdeki mevcut koter cihazlarına ve koterlere uygun olmalıdır. 9. Ürün aktif uca kadar izolasyonlu olmalıdır. 10. Ürün ergonomik olmalıdır. 11. Ürün elle kontrol edilebilmelidir.
Genel Hükümler:	12. Ürün steril, tekli pakette ve tek kullanımlık olmalıdır. 13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Solan T. U. K.
[Signature]

Figen BEDİR
[Signature]

Vedat GÖKALP
[Signature]

SMT1099 KOTER PLAĞI, ÇİFT ÇIKIŞLI

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, cerrahi işlem sırasında koter kullanım esnasında oluşan akımın hastaya ve sağlık personeline zarar vermesini önlemek üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün yenidoğan, pediatrik ve yetişkin boyları olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün cilde kolay yapışan, esnek yapıda köpük malzemeden yapılmış olmalıdır. 4. Ürün ıslanınca ciltten ayrılmalı, kaldırıldığında rezidü bırakmamalıdır. 5. Ameliyatlardaki mevcut koter cihazlarına ve koterlere uygun olmalıdır. 6. Ürünün bir ucunda koter kablosunun bağlanabileceği aparat olmalıdır. 7. Ürünün iletken alanı en az 120 cm ² olmalıdır.
Genel Hükümler:	8. Her 10 adet koter plağına karşılık 1 adet en az 2 metre uzunluğunda, hastanede bulunan cihaz ile uyumlu koter plağı kablosu verilmelidir veya kendinden kablolu ürünler için kablo talep edilmemelidir. 9. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 10. Ürün paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır. 11. Koter plakları aliminyum folyo malzeme ile tek tek veya çoklu poşetler şeklinde paketlenmiş olmalıdır. 12. Kabloların bakım ve onarımı yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır.

Selam 10/15
[Signature]

Figen BEDİR
[Signature]

Vedat Gökhan
[Signature]

SMT3680 ENJEKTÖR, ÜÇ PARÇALI

SMT Temel İşlevi:	1. Enjeksiyon işlemi için medikal malzemeden tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün Tek Kullanımlık, Üç Parçalı veya Tek Kullanımlık, Üç Parçalı, Korumalı çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Enjektör gövde, piston ve piston lastiği olarak en az 3 parçadan oluşmalı ve steril ambalajının içinde iğne ucu bulunmalıdır. 4. 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml enjektör üzerinde cc veya dizyem çizgileri olmalı, cc veya dizyem çizgisi "0 (sıfır)"dan" başlamalıdır. 5. Ürünün gövde kısmı şeffaf, tek kullanımlık, steril, tıbbi kullanıma uygun ve non-toksik olan plastik hammaddeden yapılmış olmalıdır. 6. Ürün üzerindeki çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters basılmamalı ve ıslandığında silinmemelidir. 7. Enjektör ve piston pürüzsüz olmalıdır. 8. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı, piston kısmı hava ve sıvı kaçırmamalıdır. 9. Enjektör haznesi basınçla çatlamamalı, haznesinde mayi bırakmamalıdır. 10. Enjektör pistonu kolay hareket edebilmeli, sıvıyı pistonun arka tarafına kaçırmamalı, enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır. 11. Enjektör pistonu geriye çekildiğinde enjektörün içinden kolayca çıkmasını önleyecek düzeneği bulunmalıdır. 12. Korumalı olmayan enjektörlerde iğne ucu %6 eğimli olmalı ve enjektör ucu luer slip olmalı, enjektöre iyi adapte olmalı, bağlantı yerinden sıvı kaçırmamalıdır. 13. Enjektör iğnesi dokuda kolay ilerlemeli, dönmemeli, dokuyu tahrip etmemelidir. 14. Korumalı olmayan enjektörler branül ve damla ayar setleri ile kullanıma uyumlu olmalı, kendi iğnesi ile ve ulusal renk kodu olan diğer iğne uçları ile kullanılabilir.

SMT3680 ENJEKTÖR, ÜÇ PARÇALI

Teknik Özellikleri:	15. Tek kullanımlık, üç parçalı, korumalı enjektörlerde enjeksiyon işlemi sonunda iğne kas içinde iken piston sonuna kadar bastırılarak yaylı mekanizma sayesinde enjektör içine otomatik olarak çekmeli veya iğne ucu piston içinde kalabilecek farklı bir mekanizma ile bu korumayı sağlamalıdır. 16. Tek kullanımlık, üç parçalı, korumalı enjektörlerde güvenlik mekanizması enjektörün içinde olmalıdır. 17. Ürün lateks, pirojenik ve toksik madde içermemelidir.
Genel Hükümler:	18. Ambalajı bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü gaz geçirgenliği olan medikal kâğıt şeklinde tekli ambalajlanmış olmalıdır. 19. Ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı steril ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır. 20. Ürünün etiket bilgileri orijinal ambalajında, şeffaf olmayan yüzeyde basılı şekilde olmalı, sonradan yapıştırma olmamalıdır. 21. En az 25, en fazla 350 adetlik üzerinde ürün bilgilerinin yer aldığı kutular içinde olmalıdır. 22. Ürünler güncel TS EN ISO 7886-1 standartlarına uygun olmalı veya CE belgesine sahip olmalıdır.

Osman beyan


Mehmet Demir


Ayşe Betül Eren
