

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.07.2025

Sayı: 602
Konu: SES KAYIT CİHAZI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.07.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SES KAYIT CİHAZLARI			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SES KAYIT (PATOLOJİ KİTİ) CİHAZI ŞARTNAMESİ

1. Stereo kayıt özelliği için çift yönlü mikrofonu olacaktır.
2. Üç katmanlı ses stüdyosu pop filtresi, nefes ve rüzgar titreşimlerini engelleme özelliği olacaktır.
3. 1,5 metreye kadar darbeye dayanıklı gövdeye sahip olacaktır.
4. 4 konumlu hassas kaydırmalı anahtar (KAYIT/DUR/OYNAT/GERİ) olacaktır.
5. Tam Renkli 2.4 inç TFT LCD ekran olacaktır.
6. Şarj Edilebilir Li-ion pil (1350mAh) olacaktır.
7. Depolama ortamı: 2 GB Dahili, 32 GB'a kadar (Harici) olacaktır.
8. Kayıt Formatları DSS Pro/WAV/MP3 olacaktır.
9. Hareket Sensörü olacaktır, cihazı uyku modundan otomatik olarak uyandırmak için ünitenin hareketini algılayıcı olacaktır.
10. Sesle etkinleştirilen kayıt (VCVA) özelliği olacaktır.
11. Mikrofon hassasiyeti: 3 Seviye (Yüksek Orta/Düşük) (Konferans Modu Otomatik) olacaktır.
12. Ekle, Üzerine Yaz, Ekle, Kısmen sil: Yalnızca DSS Pro ve DSS ile (Üzerine Yaz ve Ekle: ayrıca WAV) özellikleri olacaktır.
13. Dosya Başına İndeks İşareti: 32 (DSS Pro/WAV/MP3), 16 (DSS) olacaktır.
14. Seviye ölçer, VCVA göstergesi olacaktır.
15. Geri çalma Hız: Yavaş/Normal/Hızlı modlarında olacaktır.
16. Ses seviyesi: 0 ila 30 arasında ayarlanabilir olacaktır.
17. İşaret/Gözden Geçirme özellikleri olacaktır.
18. Boyutlar: 4,75 inç (Y) x 1,96 inç (G) x 0,73 inç (D) ağırlık: 3,1 oz (pil dahil) olacaktır.
19. İşletim sistemleri: Microsoft Windows (7, 8.1, 10) Mac OS X (10.10-10.13) olacaktır.
20. Önerilen çalışma koşulu: 0-42°C/32-107.6°F olacaktır. 22. Mikro USB 2.0 kompozit/depolama sınıfı olacaktır.
21. AC adaptörü veya USB ile şarj etme özelliği olacaktır.

Patoloji Teknikeri
Yakup ARAY
YD

Patoloji Teknikeri
Süneyye SAĞLAM
H

Laboratuvar Teknikeri
Mehmet ALTINAY
Mud

22. Hoparlör (entegre): Kare dinamik hoparlörde dahili 43 x 59, 320mW (82 hoparlör) olacaktır.

23 . Kulaklık/mikrofon jakları: 03,5 mm mini jak empedans 2kQ2, olacaktır. 26. Kulak Jakı 03,5 mm mini jak empedans 82 veya daha fazla olacaktır.

24. Ambalaj Kutusu içerisinde en az aşağıdaki malzemeler olacaktır.

a) Hızlı Kullanım Kılavuzu

b) L1-92B Lityum-iyon şarj edilebilir pil

c) KP-30 mikro USB Kablosu

d) CS-151 Taşıma Çantası

e) DSS Player Standard R2 Dikte Modülü Lisans Kimliği

25. Mevcut Aksesuarları içerisinde en az aşağıdaki malzemeler olacaktır.

a) L1-92B Li-ion pil

b) CR-21 Bağlantı İstasyonu (yalnızca USB'den indirmek için)

c) A-517 AC Adaptörü

d) AS-2400 PC transkripsiyon kiti

26. Patoloji laboratuvarına teslim öncesi cihazın DEMO su yapılarak uygunluğunu onayladıktan sonra cihaz teslim alınacaktır.

Talep edilen ses kayıt cihazı, numune esasınca göre alınacağında dolayı teklif verecek olan istekliler teklifle birlikte ürün kataloğunu hastane idaresine sunacak ve alınacak olan ses kayıt cihazı bu numuneler arasından seçilecektir.

Yolcu ANAC
YB

Sümeyye SAGLAM
H

Melek ALTINAY
Mef