

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.07.2025

Sayı: **601**
Konu: TANSİYON MANŞONU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.07.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU TEK HORTUMLU YETİŞKİN			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tansiyon manşonu çok kullanımlık olmalıdır.
- Yetişkin hastalar için manşon boyu kullanıcı tarafından istenilen ölçüde olmalıdır.
- Manşon bağlantı aparatı nikel veya kromaj ile birlikte verilebilmelidir.
- Manşon üzerinde arter noktası işaret ile gösterilmelidir.
- Manşon üzerinde hangi hasta grubu olduğu belirtilmeli, manşon üzerinde yazı ile hasta cildine değecek kısım belirtilmelidir. Dış kısımda kalacak bölümde mutlaka yazı ile belirtilmelidir.
- Manşon üzerinde index çizgisi belirtilmelidir.
- Manşon üzerinde kullanım alanını gösterir range çizgileri olmalıdır.
- Manşon dış yüzeyi yıkanabilir olmalı,manşonun yapıldığı malzeme yün alaşımlı yumuşak TPU olmalıdır.
- Manşon üzerinde latex içermediği belirtilmelidir.
- Manşon iç lastiksiz olup dayanıklı TPU malzeme olmalıdır.PVC veya latex içermemelidir.
- Manşonun üzerinde nasıl kullanılacağını ve nasıl takılacağı yazı ile belirtilmelidir.
- CE belgesi olmalıdır.
- Maşon hastabaşı Mindray marka uMEC12 modeline birebir uygun olmalıdır.
- Türk standartlarında olmalıdır.
- Manşon tek hat olmalıdır.
- Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
- Ürün fabrikasyon hatalarına karşı 6 ay garanti verilebilecektir.

Firat DÜZGÜN
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu

AĞRI TEĞİM VE ARŞTIRMA HASTANESİ
Secat ÇETİN
Biyomedikal cihaz teknikeri

Belirli Garanti
Biyomedikal cihaz teknikeri