

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/666
KONU : Teklife Davet

10/07/2025

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **DIŞ İÇİN MALZEME ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **10/07/2025** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet İLBOĞA
İdari ve Mali Hiz. Müd.

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	DÖNER BAŞLIKLİ KÖK KANAL EĞESİ (ENDOMOTOR İÇİN) 04 AÇILI	30	ADET		
2	KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATI	10	ADET		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DÖNER KANAL EĞESİ ANGULDURVA İÇİN, ENDOART - SMART GOLD - DÖNER KANAL EĞESİ 25 MM 4'LU SET ((019/08), (016/02), (020/04), (025/04) (KANAL EĞESİ (ENDOMOTOR İÇİN))	8681480405602	Onaylananlar	30	30		KOCAELİ	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖRFEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
DÖNER KANAL EĞESİ ANGULDURVA İÇİN, ENDOART - SMART GOLD - DÖNER KANAL EĞESİ 25 MM 4'LU SET ((019/08), (016/02), (020/04), (025/04) (KANAL EĞESİ (ENDOMOTOR İÇİN))	8681480405602	Onaylananlar	30	30		KOCAELİ	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖRFEZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KALSİYUM HİDROKSİT İÇEREN KANAL DOLGU PATI, RUBYCAL LC 2 GR (IŞINLA SERTLEŞEN KALSİYUM HİDROKSİT) (ENJEKTE EDİLEN KALSİYUM HİDROKSİT PATI)	8681480427857	Onaylananlar	10	10		DİYARBAKIR	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KANAL DOLGU PATI REÇİNE İÇEREN, METAPASTE - METAPASTE - KALSİYUM HİDROKSİT GECİCİ DOLGU MALZEMESİ (REÇİNE İÇEREN KANAL DOLGU PATI)	8806387892038	Onaylananlar	10	10		BATMAN	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATI, ENDOPLUS, KOK KANAL DOLGU KAPATICI (EPOKSİREZİN ESASLI KANAL DOLGU PATI)	4260296272901	Onaylananlar	10	10		ISPARTA	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KALSİYUM HİDROKSİT İÇEREN KANAL DOLGU PATI, RUBYCAL LC 2 GR (IŞINLA SERTLEŞEN KALSİYUM HİDROKSİT) (ENJEKTE EDİLEN KALSİYUM HİDROKSİT PATI)	8681480427857	Onaylananlar	10	10		DİYARBAKIR	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
KALSİYUM HİDROKSİT İÇEREN KANAL DOLGU PATI, SEALAPEX (ENDODONTİK KOK KANAL DOLGU MALZEMELERİ) (SEALAPEX KALSİYUM HİDROKSİT İÇEREN KANAL DOLGU PATI)	00195062011184	Onaylananlar	10	10		DİYARBAKIR	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ



Engin YILDIZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Diyadin Devlet Hastanesi

TUTANAK

DÖNER BAŞLIKLİ KÖK KANAL EĞESİ(endomotor için) ve KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATİ adlı malzemeler stoğumuzda tükenmiş bulunmaktadır. Mevcut İl Sağlık ihalesinde ve DMO Katalok platformunda bulunmamaktadır. Diğer hastanelerdende temin edemedik. Hastane dış birimi hizmet işleyişinin sürmesi için acilen temin etmemiz gerekmektedir.

09/07/2025

Engin YILDIZ
TKY

KALSIYUM HİDROKSİT ESASLI KANAL DOLGU PATİ

1. Kalsiyum hidroksit esaslı olmalı ve radyoopak görüntü vermelidir.
Her set içerisinde en az 12 gram 1 adet baz ve 12 gr 1 adet katalizör tüp bulunmalıdır.
2. Ojenolsüz, kalsiyum hidroksit içerikli polimerik kanal dolgu maddesi olmalıdır.
3. Kalsiyum Oksit, Bizmut Trioksit, Çinko Oksit, Silikon Dioksit, Titanyum Dioksit, Trikalsiyum Fosfat içermelidir.
4. Ürün, düşük çözünürlüğe sahip kristalize yapıda olmalıdır.
5. Setin orijinal ambalajı içerisinde özel karıştırma kağıdı bulunmalıdır.
6. Ürün, yüksek derecede alkali olmalıdır.
7. Kendiliğinden sertleşme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Ağız dışında 5 dakika çalışma süresi olmalıdır.
9. Ürün, orijinal ambalajında ve son kullanma tarihi bulunmalı ve teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
10. CE Belgesine sahip olmalıdır.
11. Ürün komisyonca beğenilmelidir.
12. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

Dt Basak OĞUR
Dış Hekim
Dip Tes. No 58026
Diyadin Devlet Hastanesi

DÖNER BAŞLIKLİ KÖK KANAL SİSTEMİ EĞESİ - 04 AÇILI / MUHTELİF

1. Eğeler Ni-Ti alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
2. Blister ya da plastik kutu ambalajda, paket içeriği 3 (üç) adet olarak sunulmalıdır.
3. Süt dişlerinde de kanal tedavisine imkan verecek şekilde 16 mm AF-H wire tel teknolojisine uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
4. Sistem üç tek döner alet eğesi ile kanal tedavisine olanak sağlamalıdır.
5. Paket içeriğinde tüm tipleri mevcut olmalıdır.
6. Ambalaj üzerinde içindeki kanal eğesinin tipi ve numaraları bulunmalıdır.
7. Kanal eğesi, lastik stoper ve sap kısmı 121 °C ya da 134 °C sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
8. Eğenin boylarını belirten renk kodları saplarında da bir halka ile belirtilmelidir.
9. Dahili olarak tork ve hız değerleri ayarlanabilen tüm cihazlar ile uyumlu olmalıdır.
10. Eğeler yüzey cilalama (electropolishing) işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
11. Esnek ve döngüsel yorgunluğa dayanıklı olmalıdır.
12. 25 mm olmalıdır.

Dt Başak OĞUR
Dış Hekim
Dip Tas No 58026
Diyadin Devlet Hastanesi