



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-281748757
Konu : Teklife Davet

11.07.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İÇİN DİJİTAL BİBERON ISITICI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 17/07/2025 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TIBBİ MALZEME ISITMA CİHAZLARI ,DİJİTAL BİBERON ISITICI	ADET	1		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm. Dr. DEMET ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere KAPALIDIR.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 063AE822-20F2-4C26-A7CC-CB02649CB6CC

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km

Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Neriman İLHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No:



DİJİTAL BİBERON ISITICI TEKNİKŞARTNAMESİ

yenidoğan bebeklerin beslenmesinde kullanılan anne sütünün güvenli ve kontrollü bir şekilde ısıtılmasını sağlayan medikal cihazdır. Özellikle hastane, doğumhane ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

EBI Serisi, anne sütünü doğrudan ısıya maruz bırakmadan, aliminyum gözlerde ısıtarak besin değerlerinin ve doğal yapısının korunmasına yardımcı olur. Sıcaklık kontrolü, zamanlayıcı ve güvenlik sistemleri ile donatılmış olan cihaz, hem hemşireler hem de ebeveynler için maksimum güvenlik ve kolay kullanım sunar.

EBI Serisi Anne Sütü Isıtıcısı, bebek sağlığını ön planda tutan tüm sağlık kuruluşları için vazgeçilmez bir çözümdür. Anne sütünün hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde ısıtılması, bebeklerin sağlıklı gelişimine katkı sağlar.

- Hijyenik olarak biberon ısıtılırken kuru ve steril ortam sağlanmaktadır.
- Freeform 177, Şekil 130 ml 6 adet, 8 adet, 12 adet ve 24 adet kapasiteli
- Kullanılan PID kontrol sistemi sayesinde belirli aralıklarla rezistansa güç vererek hem enerji tasarrufu sağlar, hem istenilen set değerinde biberon sıcaklıklarının kararlı bir halde tutulmasına imkan vermektedir.
- Cihazda bulunan süresiz çalışma modu ile cihazınız 24 saat boyunca kararlı bir sıcaklıkta kalabilmektedir.
- Kullanılan silikon rezistanlar ve Aliminyum plaka ile homojen ısı dağılımı sağlanmaktadır
- Rezistansların aşırı ısınması durumunda rezistans korumak harici mekanik emniyet termostatu kullanılmıştır. Bu sayede aşırı ısınmalarda rezistans korumaya alınmaktadır.
- Cihazda mikroişlemcili kart kullanılmıştır.
- Opsiyonel olarak cihaza sıcaklık alt üst sınırı için alarm bulunmaktadır
- Biberon ısıtıcıda bulunan timer sayesinde cihazınız belirttiğiniz süre boyunca çalışıp kendini kapatabilmektedir
- *Yüklenici garanti süresi boyunca % 95 çalışır durumda (Up-time) tutmakla yükümlüdür*
- *Cihazın USB kodu verilmelidir.*

Melike Gökçay
[Signature]

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekeriya B. DÜĞÜM
Biyomedikal Teknikeri

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Neşir DÜĞÜM
Biyomedikal Teknikeri