

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

14.07.2025

Sayı: **25DT1071870**
Konu: Hasta Sedyeleri İçin 3 Kalem Yedek Parça Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.07.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SEDYE SERUM ASKILIĞI		10	Adet		
2	SEDYE SABİTLEME KOLÇAĞI		10	Takım		
3	SEDYE HAREKET PİSTONU HİDROLİK		6	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

1) SERUM ASKILIĞI


- Nitrocare marka NİTROCARES05 model sedyeye uyumlu olmalıdır.
- Darbeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- Paslanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Sabitleme dingosuyla birlikte teslim edilmelidir.
- En az 1 yıl garantili olmalıdır.

2) SABİTLEME KOLÇAĞI

- Nitrocare marka NİTROCARES05 model sedyeye uyumlu olmalıdır.
- Takım olarak (sabitleme kolu, üst vidası, oturtma ayağı ve alt bileziği) teslim edilmelidir.
- Darbeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- Paslanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- En az 1 yıl garantili olmalıdır.

3) SEDYE BAŞLIĞI PİSTONU

- Nitrocare marka NİTROCARES05 model sedyeye uyumlu olmalıdır.
- En az 1 yıl garantili olmalıdır.


Tutar
İlçe Devlet Hastanesi
Berrak KAYA
Tıbbi Sekreter


Özlem KLCI
Hemşire.
