

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

14.07.2025

Sayı: 25 DT 1071481

Konu: 14 Kalem Biyomedikal Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.07.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BIONICS MARKA NST KAĞIDI 112 MM X 25 M		60	Adet		
2	COMEN NST CİHAZI EKRAN SABİTLEME APARATI		1	Adet		
3	ASPIRATÖR FİLTRESİ		5	Adet		
4	ASPIRATÖR KAPKON KONNEKTÖR		5	Adet		
5	ASPIRATÖR KAVANOZ KAPAĞI		1	Takım		
6	CARDİOLİNE EKG KAĞIDI		60	Adet		
7	CARDİOLİNE EKG KABLOSU (10 LEDLİ)		1	Adet		
8	CARDİOLİNE EKG BATARYASI		1	Adet		
9	PHILIPS DEFİBRİLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU (3 LEDLİ)		1	Adet		
10	PHILIPS DEFİBRİLATÖR EKG KAĞIDI		60	Adet		
11	COMEN DEFİBRİLATÖR SPO2 PROBU		1	Adet		
12	FUKUDA DENSİ EKG KAĞIDI		60	Adet		
13	FUKUDA DENSİ EKG BATARYASI		1	Adet		
14	JAKLI ÇİFTLİ OKSİJEN PRİZİ		1	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEKNİK ŞARTNAME

1)NST KAĞIDI

- * Bionics marka bfm-900 model NST cihazına uyumlu olmalıdır.
- * 112mm X 25 m rulo ölçüsünde olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

2)NST EKRAN SABİTLEME APARATI

- * Comen marka star 500D model nst cihazına uyumlu olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

3)ASPIRATÖR FİLTRESİ

- * Üzümcü marka novela 34.1146 model cihaza uyumlu olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

4)ASPIRATÖR KAPKON KONNEKTÖR

- * Üzümcü marka novela 34.1146 model cihaza uyumlu olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

5)ASPIRATÖR KAVANOZ KAPAĞI

- * Üzümcü marka novela 34.1146 model cihaza uyumlu olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

6)EKG KAĞIDI

- * Cordioline ekg100+ model ekg cihazına uyumlu olmalıdır.
- * 100 mm X 150mm Z katlı termal en az 180 yapraklı olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

7) EKG KABLOSU

- * Cardioline marka ECG100+ model cihaza uyumlu olmalıdır.
- * 10 ledli olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

Sorunlar Hakkında
Orum Kaly
Jah

8)EKG BATARYASI

- * Cardioline marka ECG100+ model cihaza uyumlu olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

9)DEFİBRİLATÖR CİHAZI EKG KABLOSU

- * Philips marka efficia dfm100 model defibrilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
- * 3 ledli olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

10)DEFİBRİLATÖR CİHAZI EKG KAĞIDI

- * Philips marka efficia dfm100 model defibrilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
- * 50mmx20 m boyutunda rulo şeklinde olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

11)TIBBİ MONİTÖR SPO2 PROBU

- * Comen marka c80 model monitör cihazına uyumlu olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

12)EKG KAĞIDI

- * Fukuda Denshi marka FX-8322 model ekg cihazına uyumlu olmalıdır.
- * 210MM X 30 M ölçülerinde Z katlı olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

13)EKG BATARYASI

- * Fukuda Denshi marka FX-8322 model ekg cihazına uyumlu olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir.

14)OKSİJEN PRİZİ

- * Jaklı ve çift çıkışlı olmalıdır.
- * 2 yıl garantili olmalıdır.
- * Orijinal paketinde teslim edilmelidir

Sorum Hensan
Orkun Keler
Oktay