

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

Sayı: 25051071988

14.07.2025

Konu: 1 Kalem Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Malzemesi Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.07.2025 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCI
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA KARYOLALARI, 4 MOTORLU YETİŞKİN HASTA KARYOLASI DOĞUM MASASINA DÖNÜŞEBİLEN		1	Adet		
Genel Toplam						

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

4 MOTORLU TDL (KADIN DOĞUM) YATAĞI ŞARTNAMESİ

- Sessiz çalışma için min IPX4 korumaya sahip lineer motorlar bulunmalıdır.
- Fonksiyon kilitleme özelliğine sahip hemşire paneli bulunmalıdır.
- Kompak malzemeden imal 3 parçalı yatma yüzeyi bulunmalıdır.
- Sırt kısmında x ray özelliği ve 360° dönebilen merkezi fren sistemli tekerler bulunmalıdır.
- Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş yan korkuluklar ve sökölüp takılabilen başucu ve ayakucu panelleri bulunmalıdır.
- Elektronik ve manuel CPR özelliği, Plastik koruyucu çarpma tamponları, Gizlenebilir ayakucu uzatma, İdrar torbası askılığı bulunmalıdır.
- Aksesuar bağlantıları için aksesuar rayı ve aksesuar yuvaları, Atık tası, İkinma barı, Baldır destek bulunmalıdır.
- Batarya, Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı, Nano seramik kaplı elektrostatik toz boyalı metal aksam, Sırt kayması bulunmalıdır.
- Korkuluklarda açt göstergesi bulunmalıdır.
- 2 parçalı ABS plastik kaplı alt şase bulunmalıdır.

Berna SARIKUŞ
Kalite Direktörü


Barut Huse
Gizli Kedi
