

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi


TEKLİFE DAVET

16.07.2025

Sayı:194

Konu: VENTİLATÖR CİHAZI BAKIM KİTİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.


T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet İLAK
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	MEC BAKIM KİTİ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

VENTİLATOR BAKIM KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen bakım kiti Mek marka SU:M1 model cihaza tam uyumlu olmalı ve sorunsuz çalışmalıdır.
2. Bakım kiti içerisinde 1 adet oksijen sensörü ,2 adet impact filter ,1 adet İns flow sensor ,1 adet peep diafram olmalıdır.Cihazın Tidal volüm ve PEEP unstabilizasyon sorunları çözümlenmelidir.
3. Bakım kiti dahilindeki tüm parçalar değiştikten sonra cihazın 10.000 saatlik bakım prosedürü uygulanmalı ve cihazın tüm Tidal Volum ,PEEP,oksijen sensörü kalibrasyonları mevcut en son sürüm üretici prosedürüne uygun yapılmalıdır.
4. Bakım kiti değişiminden sonra cihazlar mevcut en son sürüm yazılıma update edilmeli ek olarak YBYS sistemine yeni yazılım ile birlikte veri aktarabilmelidir.Tüm sistem adaptasyonları yapıp yüklenen yeni opsiyonlar kullanıcıya bilgilendirilmelidir.Yüklenici firma yüklenen sürümün mevcut en son sürüm olduğunu taahhüt edecektir.
5. İstemi yapılan bakım kitleri yüklenici tarafından cihazlara montajı yapıp ,faal çalışır durumda teslim edilecektir.
6. Teklifi veren firma cihaza ait yetki belgesini ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

Yeniden yazım belim sonun

Adem PASKIL
A

Hemsire

Rahia Demir
R.D.

Hemsire

Vagnep CEEEBİ
F. K. K.

Cihaz Marka Ve Modeli:	Hastane Adı:	Cihazın Garanti Durumu
MEK-ICS SİM2	PATNOS DEVLET HASTANESİ	Garanti Kapsamında ☐ Garanti Kapsamı Dışında ☒
Cihazın Seri Numarası:	Cihazı Kullanan Birim:	
2000-1612 0350		
Cihazın Garanti Zamanı: 11.5.2024		
Kalibrasyonu Yapılan Parçalar:		
Cihazın testleri yapılmıştır		
Cihazda Kırık.Tespit Edilen Parçalar:		
oksijen sensörü ve bakım kiti değiştirilmiştir.		
Cihazda Değişmesi Gereken Parçalar:		
Bakım kiti		
Cihazda Değişmesi Gereken Parçaların Sebebi:		
Stabil peep oluşumuydu.		
Cihazın alarmları çalışıyor mu? ☒ Evet ☐ Hayır		
Cihazın temizliği yapıldı mı? ☒ Evet ☐ Hayır		
Açıklama:		
Garanti Bilgisi:		
* Firmamız tarafından satılan tüm ürünlerin kurulum, bakım ve teknik servis hizmeti tarafımızdan ya da firmamızca yetkilendirilmiş kişi/kişiler tarafından sağlanacaktır. Yetkimiz dışında müdahale edilmesi durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.		
Cihazı Teslim Eden	Cihazı Teslim Alan	
Bülent İZBAK	Ali Rıza	
	Fatma ALCAHVEDİ	