

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.07.2025

Sayı: 618
Konu: EKG JELİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.07.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG JELİ			100	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EKG JELİ ŞARTNAME

- 1.EKG jeli formaldehit veya herhangi bir toksik madde içermemelidir.
- 2.EKG jeli su bazlı olmalıdır.
- 3.EKG jeli ekg cihazlarının uç ve kablolarında kalıntı ve hasar oluşturmamalıdır.
- 4.Ekg jeli 1000 ml 'lik plastik kutularda olmalıdır.
- 5.Vücuda temasta sulanıp akmamalı tabaka oluşturmamalıdır.
- 6.Jel içerisinde etken madde oranı yüksek olmalıdır.
- 7.Alerjik özelliği bulunmamalıdır.
- 8.Kokusuz olmalı, ciltte ve elektrot veya problarda leke bırakmamalıdır.
- 9.İletken olmalı, içerisinde hava kabarcığı bulunmamalıdır.
- 10.EKG jeli bakteriyostatik ve de sensitiviteye yol açmayan formülden oluşmalıdır.
- 11.Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
12. Numune getirilip değerlendirildikten sonra alınacaktır.
13. EKG jeli kaliteli olmalıdır.

Betül SİRSİK
Biyomedikal Yüksek Mühendisi

Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

AGRI EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ
Seda ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri