

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi


TEKLİFE DAVET

23.07.2025

Sayı: 202

Konu: BARKOD YAZICI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet ULAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BARKOD YAZICILAR			7	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Barkod Yazıcı Teknik Özellikler

Standart Özellikler

- Baskı yöntemleri: Termal Transfer veya Direkt Termal
- ZPL ve EPL programlama dilleri
- Tek LED durum göstergesi
- Besleme/duraklatma için tek düğme
- USB bağlantısı
- Kolay medya yüklemesi için OpenACCESS™
- Çift duvarlı çerçeve konstrüksiyonu
- ENERGY STAR onaylıdır

Fiziksel Özellikler

Boyut	Termal Transfer: 10,5 in. U x 7,75 inç G x 7,5 inç / 190 mm Y 267 mm U x 197 mm G x 191 mm Y Doğrudan Termal: 8,6 inç U x 6,9 inç G x 5,9 inç Y 220 mm U x 176 mm G x 151 mm Y
Ağırlık	Termal Transfer: 3,7 lb./1,7 kg Doğrudan Termal: 2,5 lb./1,1 kg

Yazıcı Özellikleri

Çözünürlük	mm başına 203 dpi/8 nokta
Bellek	128 MB Flaş; 128 MB SDRAM
Maksimum Baskı Genişliği	4,09 inç/104 mm
Baskı Hızı	4 inç/102 mm/saniye
Medya Sensörleri	Taşınabilir siyah işaret sensörü, sınırlı menzil ortadan sola Merkez dışı, sabit aralık sensörü
Cihaz Yazılımı	ZPL II; EPL 2; XML

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Şişehiçe Hastanesi
Müdür Yardımcısı

Yusuf KAYA
Bilgi İşlem

Ömer Behiç YARIMCI

Medya ve Ribbon Özellikleri

Maksimum Etiket Uzunluğu	39 in./991 mm
Medya Genişliği	1 in./25,4 mm ile 4,4 in./112 mm
Medya Rulo Boyutu	5,00 inç/127 mm dış çap Göbek iç çapı: 0,5 inç (12,7 mm) ve 1,0 inç (25,4 mm) standart, isteğe bağlı adaptörler kullanılarak 1,5 inç (38,1 mm)
Kalınlık	0,003 in. (0,08 mm) min.; 0,0075 in. (.1905 mm) max. (sadece yırtma modu)
Medya Tipleri	Rulo beslemeli veya katlamalı, kalıp kesimli veya sürekli, siyah işaretli veya işaretsiz, stok etiket, sürekli fiş kağıdı ve bileklikler
Ribbon Dış Çapı	1,34 in./34 mm (74 m)
Maksimum Ribbon Uzunluğu	244 ft. (74 m)
Ribbon Oranı	1:1 ribbondan sarf malzemeye (74 m)
Ribbon Genişliği	1,33 inç/33,8 mm — 4,3 inç/109,2 mm
Ribbon Göbek İç Çapı	74 metre ribbon 0.5 inç/12,7 mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	4,4° C ile 41° C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 60° C arası
Çalışma Nemi	%10 ile %90 arası, yoğuşmasız
Depolama Nem Oranı	%5 ile %95 arası, yoğuşmasız
Elektrikli	Otomatik algılamalı (PFC Uyumlu) 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR onaylı

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

Medya Kullanımı	Fabrika kurulumu soyucu
Gerçek Zamanlı Saat	Yok

T.C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı İl Sağlık Hastanesi
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Yusuf KAYA
Bilgi İşleri

Ömer Behic YARDIMCI

Yazı tipleri/Grafikler/Sembolojiler

Barkod Oranları	2:1 ve 3:1
1 Boyutlu Barkodlar	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN 2 veya 5 rakamlı uzantılar, Plessey, Postnet, Standart 2/5, Endüstriyel 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar ve Planet Code
2 Boyutlu Barkodlar	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Yazı Tipleri ve Grafikler	16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL II biteşlemli yazı tipi İki adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi Beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipi Yerel açık tip yazı tipi desteği İstek üzerine çok sayıda dilde termal baskı için Unicode uyumlu Kullanıcıya açık, geçici olmayan 50 MB bellek, kullanıcıya açık 8 MB SDRAM

Yasal

IEC 60950-1, EN55022 Sınıf B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Sınıf B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Link-OS® Basic yazıcı işletim sistemi

Agri İYSE
Patn. S. B. K. Kurumu
Hastanesi
Bilgi İşlemci

YUSUF KAYA
Bilgi İşlem
A.Ş.

Ömer Behiç YARDIMCI
A.Ş.