

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.07.2025

Sayı:205

Konu: TIBBİ SARF DEPO 2 KALEM MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Nehmet ULAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NAZAL YÜKSEK AKIŞ DEVRESİ, YÜKSEK AKIŞ NAZAL OKSİJEN TERAPİ CİHAZI UYUMLU, YENİDOĞAN			50	Adet		
2	NEBÜLİZATÖR SETİ T PARÇALI TEK KULLANIMLIK			50	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:


- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SAMPLE LINE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Sample line, ameliyathane biriminde bulunan Draeger marka anestezi cihazlarında gaz ölçümüne uygun ve aynı üretici firma tarafından üretilmiş olup cihazların orijinal parçası olmalıdır.
- 2.Sample line iki ucu male luer-lock yapıda ve kullanıcı tarafından kolay monte edilebilir olmalıdır.
- 3.Sample line içinden geçen örneklenen gazda su yoğunlaşması olursa bu yoğunlaşmayı gösterir şekilde renksiz şeffaf yapıda olmalıdır.
- 4.Sample line PE ve PVC olmak üzere iki kattan oluşmalıdır.
- 5.Örnekleme hattı 60 mL/dak ve 200 mL/dak akışta kullanılabilmelidir.
- 6.Örnekleme hattı 60 mL/dak ve 200 mL/dak akışta örnekleme akışına izin verecek şekilde dış çapı 2.66 mm ve boyu 2.5 metre olmalıdır.
- 7.Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde orijinal olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı ve kodu olmalıdır.
- 8.Örnekleme hattının takılacağı cihazın üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.
- 9.Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi ve ilgili cihaz için son 3 yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunulmalıdır.
- 10.Teklif ile birlikte 1 (bir) adet numune verilecektir. Ürün numunesi denenecek, karar hekim raporuna göre verilecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- 11.Teklif veren firmalar ürüne ait UBB/ÜTS kodu ile teklif etmiş olduğu ürünün ÜTS bildirimini yapabileceğini belgelendirmelidir. Bu belge, teklif edilen ürünün yetkili satıcısı ve ÜTS bildirim yetkisi olduğunu doğrulamalıdır. Bu belgeler Sağlık Bakanlığı ÜTS sisteminden alınarak teklif ile birlikte sunulacaktır.

12. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.


Anestezi Tekn. Sorumlusu
Saim Yessil Kural



Anestezi Tekn.
Mustafa Arkan




Anestezi Tekn.
M. Fatih Kaya




BASINÇ UYGULAMA TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. BASINÇ UYGULAMA TORBASI 500-1000 ML SERUMU ALACAK BÜYÜKLÜKTE OLMALIDIR.
2. ÜZERİNDE TORBAYI ŞİŞİRMEYE YARAYAN PUAR VE BASINCI DÜŞÜRMEYE VEYA SABİTLEMeye YARAYAN HAVA AKIŞ KONTROL SİSTEMİ OLMALIDIR.
3. TÜP ESNEYEN LASTİK MALZEMEDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
4. ŞİŞİRME BALONU VE UYGULAMA TORBASI ARASINDA EN AZ 30 CM OLAN TÜP BULUNMALIDIR.
5. TÜP ÜZERİNDE ELLE KADEMEYİLE AYARLANABİLEN KLEMP BULUNMALIDIR.
6. BASINCI 0-300 mmHG ARASINDA GÖSTEREN MANOMETRE BULUNMALIDIR.
7. KOLAYCA KIRILMAYI ENGELLEYECEK ESNEYEBİLEN BİR MALZEME ÜZERİNDE ASKIYA KOYMA KOLAYLIĞINI SAĞLAYAN UYGUN YERİ OLMALIDIR.
8. BASINÇ UYGULAMA TORBASININ BİR BÖLÜMÜ İÇİNE KONULAN SERUMUN GÖZÜKECEK ŞEKİLDE GÖZENKLİ OLMALIDIR
9. BASINÇ UYGULAMA TORBASININ İÇİNE KONAN SERUMUN TORBAYI ŞİŞİRMEDEN ÖNCE TORBADAN DÜŞMESİNİ ENGELLEYEN VE SERUMU TUTAN BİR APARATI OLMALIDIR.

10. Numune üzerinde değerlendirme yapılacaktır.

Anestezi Tekn. Sorumlusu
Serin Yeşil Kemal


Anestezi Tekn.
Kı. Fatih Kaya


Anestezi Tekn.
Mustafa Alıkan
