



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



22.07.2025

Sayı : E-68917221-949-282764788
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **MEDİKAL GAZ SİSTEMİ İÇİN 15 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **28.07.2025** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ZİNİSAN EGZOZ FİLTRESİ	ADET	4		
2	VAKUM TEKNOLOJİ EGZOZ FİLTRE	ADET	4		
3	MESSA MD 150 HAT FİLTRE ELEMENTİ (E150 H-G-C-D ELEMENT)	ADET	4		
4	VAKUM POMPA YAĞ FİLTRE	ADET	2		
5	MESSA MD 130 DESSİCANT KİT	SET	1		
6	VAKUM POMPA YAĞI	LİTRE	20		
7	TİYD 20 SEPERETÖR	ADET	2		
8	TİYD 20 YAĞ FİLTRESİ	ADET	2		
9	TİYD 20 HAVA FİLTRESİ	ADET	2		
10	TİYD 20 PANEL FİLTRESİ	ADET	2		
11	KOMPRESÖR YAĞI	LİTRE	20		
12	MESSA MD 130 POPET	ADET	2		
13	MESSA MD 130 DİYAFRAM	ADET	2		
14	MESSA MD 130 SUSTURUCU FİLTRE	ADET	2		
15	TİYD 20 TERMOSTAT	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 382AA3E9-7EF6-4B75-9545-240D9099060C

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



UYGUNDUR
Dr. YASİN ÇOLAK
Başhekim V.

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 382AA3E9-7EF6-4B75-9545-240D9099060C

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:



MEDİKAL GAZ SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Hastanemizde kullanılmakta olan ve yedek parça bakım süreleri dolan, 2 adet tidy-20 model hava kompresörünün, toplamda 2 adet zinsan ve vakum marka 175 m3/h kapasiteli vakum pompasınınve messa marka kimyasal hava kurutucusu ile hat filtrelerininperiyodik bakımları ve arızalarının giderilmesi için belirtilen yedek parçalar temin edilip bakımları yapılacaktır.
- 2- Her bir kompresör için uygun kapasite ve özelliklerde toplam 2 adet seperatör filtresi.
- 3- Her bir kompresör için uygun kapasite ve özelliklerde toplam 2 adet yağ filtresi.
- 4- Her bir kompresör için uygun kapasite ve özelliklerde toplam 2adet hava filtresi.
- 5- Her bir kompresör için uygun kapasite ve özelliklerde toplam 2takım panel filtresi.
- 6- Hava kompresörü yağı 20 litre (Shell corena S3 46 ya da petronasAM46)
- 7- Kimyasal hava kurutucu için 1 adet alt ve 1 adet üst popet uygun ölçü ve özelliklerde.
- 8- Kimyasal hava kurutucu için 2 adet diyafram uygun ölçü ve özelliklerde.
- 9- Kimyasal hava kurutucu için 2 adet susturucu filtresi uygun ölçü ve özelliklerde.
- 10- Kimyasal hava kurutucu dessicant kiti (molleculesieve+aktif alümina) uygun ölçü ve özelliklerde 1 set.
- 11- Hava hat filtre elementi 2 adet giriş, 2 adet çıkış filtresi için toplam 4 adet uygun ölçü ve özelliklerde.
- 12- Hava hat filtresi otomatik tahliyesi 2 adet uygun ölçü ve özelliklerde.
- 13- Her bir vakum pompası için uygun kapasite ve özelliklerde toplamda 8 adet egzoz filtresi.
- 14- Her bir vakum pompası için uygun kapasite ve özelliklerde toplamda 2 adet yağ filtresi.
- 15- Vakum pompası yağı 20 litre (Mobil rarus 427 ya da Shell tellus 100)
- 16- Uygun olmayan malzemeler ve kalitesiz malzemeler geri iade edilecektir.
- 17- Kullanılacak olan yedek parçalar orijinal olmalıdır.
- 18- Teklif veren firmalar TS12426 veya TS13703 TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- 19- Teklif veren firma tüm malzemeleri ücretsiz olarak hastane deposuna teslim edecektir.
- 20- Tüm malzemeler sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde teslim edecektir.

Özgür ÖZBAY
F. K. Z. Z.
(4)

Alihan
B. K. Y.

BOĞUBAYAZIT
DR. YASAR ERGÜZ DEVLET HASTANESİ
ELEKTRİK TEKNİKLERİ
İDRİS BOĞUBAYAZIT