

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.07.2025

Sayı:208

Konu: ANESTEZİ BİRİMİ 5 KALEM MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet ULU
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANESTEZİ CİHAZI VENTİLASYON KÖRÜK KİTİ.			4	Adet		
2	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ OKSİJEN SATURASYON ÖLÇÜM PROBU ÇOK KULLANIMLIK			5	Adet		
3	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ NIBP HORTUMU			3	Adet		
4	ANESTEZİ CİHAZI TAZE GAZ (OKSİJEN, HAVA, AZOT) AKIŞ SENSÖRÜ (ID AKIŞ SENSÖRÜ)			10	Adet		
5	TANSİYON ALETİ MANŞONU			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Adilcevaz yol üstü 5 km Tlf: 04726161556 Fax: e_mail: Hız.RABİA CENGİZ YAŞAR Dahili:

- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SATURASYON PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Saturasyon probu hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka Delta XL model hastabaşı monitörlerin orijinal parçası olmalı ve aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır.
- 2.Prob 30 kilo ve üzeri yetişkin ve çocuk hastalara uyumlu, çok kullanımlık olmalıdır.
- 3.Prob hastanın el parmağından oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalıdır.
- 4.Prob monitöre ait ara bağlantı kablosuna tam uyumlu olmalıdır.
- 5.Prob motion artefakti engelleyecek sisteme uygun olmalıdır.
- 6.Probun takılacağı monitörün üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.
- 7.Prob üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
- 8.Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
- 9.Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
- 10.Firmalar teklif etmiş oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
- 11.Probların montajını yapacak olan personelin ilgili cihazın eğitimlerini aldığına dair eğitim sertifikası olmalıdır.
- 12.Teklif veren firmalar ürüne ait UBB/ÜTS kodu ile teklif etmiş olduğu ürünün ÜTS bildirimini yapabileceğini belgelendirmelidir. Bu belge, teklif edilen ürünün yetkili satıcısı ve ÜTS bildirim yetkisi olduğunu doğrulamalıdır. Bu belgeler Sağlık Bakanlığı ÜTS sisteminden alınarak teklif ile birlikte sunulacaktır.

Anestezi Tekn. Sorumlusu

Sevin Yeşil Kaya

[Signature]

Anestezi Tekn.

Mustafa Arıkan

[Signature]

Anestezi Tekn.

M. Fatih Kaya

[Signature]

NIBP ARA HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Ara hortum hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka Delta XL model monitör cihazlarının orijinal parçası olmalı ve aynı üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
- 2.Ara hortum tansiyon manşonlarıyla uyumlu, çok kullanımlık tip olmalıdır.
- 3.Ara hortumun uzunluğu en az 3,70 m draeger infinity station modül ile tam uyumlu olmalıdır.
- 4.Ara hortum monitördeki manyetik alan sistemine uygun olmalıdır.
- 5.Ara hortum NIBP kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
- 6.Ara hortum TPE'den üretilmiş olmalıdır (termoplastik elastomer), PVC ve lateks içermemelidir.
- 7.Ara hortum bükülmelere karşı tıkanmayan bir tasarıma sahip olmalıdır.
- 8.Hortumun takılacağı monitörün üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.
- 9.Tüm parçalar cihaz ile aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalı, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
- 10.Hortum üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
- 11.Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
- 12.Teklif veren firmalar ürüne ait UBB/ÜTS kodu ile teklif etmiş olduğu ürünün ÜTS bildirimini yapabileceğini belgelendirmelidir. Bu belge, teklif edilen ürünün yetkili satıcısı ve ÜTS bildirim yetkisi olduğunu doğrulamalıdır. Bu belgeler Sağlık Bakanlığı ÜTS sisteminden alınarak teklif ile birlikte sunulacaktır.

Anestezi Tek. Sorumlusu
Sevin Yeşil Kural
J.

Anestezi Tek.
Mustafa Arıkan
M. Arıkan

Anestezi Tek.
M. Fatih Kaya
M. Fatih Kaya

ID AKIŞ SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Sensör hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka ventilatör cihazlarının orijinal parçası olmalı aynı üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
- 2.Akış sensörü tidal hacim ölçmek için kullanılmalı ve iki ucı açık silindirik şeffaf bir yapıda olmalıdır.
- 3.Akış sensörü "Sıcak Tel Anemometrisi" prensibi ile çalışmalıdır.
- 4.Akış sensörü polikarbonat (PC) ve ABC'den (Acrylonitrilebutadienestyrene) üretilmiş olmalıdır.
- 5.RFID (Radyo Frenkansı Tanıma) özelliği olan yeni nesil cihazlar ile tam uyumlu çalışmalıdır. Firmalar bu özelliği cihaz üzerinde gösterebilmelidir.
- 6.Akış sensörün üzerinde RFID teknolojisi ile çalışan Infinity ID etiketi bulunmalıdır.
- 7.Akış sensörü ekspirasyon hattına servise ihtiyaç duymadan bulunduğu cihaza kullanıcı tarafından kolayca yerleştirilebilmelidir.
- 8.Akış sensörü kullanma kılavuzunda belirtilen dezenfektasyon maddeleri ve muadilleri ile dezenfekte edilebilmelidir.
- 9.Sensör tek bir paket içerisinde 5 adet olmalıdır.
- 10.Sensörün takılacağı cihazın üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.
- 11.Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
- 12.Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
- 13.Sensör üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalı ve firma teklif ile birlikte bunu taahhütname ile belgelendirmelidir.
- 14.Sensör ventilatör cihazı ile yapılan resistans testlerinden geçebilmelidir. Sensörler test edilerek uygunluk verilecektir.
- 15.Sensörden kaynaklandığı yetkili teknik servis tarafından tespit edilen arzalar veya yedek parçalar teklif veren firma tarafından karşılanacaktır. Teklif veren firma bunu taahhüt edip teklif ile birlikte taahhütname olarak verecektir. Taahhütname vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- 16.Firmalar teklif etmiş oldukları ürün için tek yetki belgesi ve ilgili cihaz için son 3 yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunulmalıdır.
- 17.Teklif veren firmalar ürüne ait UBB/ÜTS kodu ile teklif etmiş olduğu ürünün ÜTS bildirimini yapabileceğini belgelendirmelidir. Bu belge, teklif edilen ürünün yetkili satıcısı ve ÜTS bildirim yetkisi olduğunu doğrulamalıdır. Bu belgeler Sağlık Bakanlığı ÜTS sisteminden alınarak teklif ile birlikte sunulacaktır.
- 18.Teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte 1 (bir) adet numune verecektir. Ürün numunesi denenecek, karar hekim raporuna göre verilecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Anestesi Tek. Sorumlu
Sevin Yeşil Kereç
P.

Anestesi Tek.
M. Fatih Kap
P.

Anestesi Tek.
Mustafa Arıkan
P.

ANESTEZİ CİHAZI KÖRÜK KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Körük kiti hastanemiz demirbaşında bulunan Mindray Marka Wato EX65 model anestezi cihazlarının orijinal parçası olmalı ve aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır.
- 2.Körük kit set şeklinde orijinal paket ve kutusu ile teslim edilmelidir.
- 3.Paket veya kutu üzerinde firmanın adı ve parça numarası ve son üretim tarihi, seri numarası belirtilmiş olmalıdır.
- 4.Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
- 5.Firmalar teklif etmiş oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
- 6.Körük kiti üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalı ve firma teklif ile birlikte bunu taahhütname ile belgelendirmelidir.
- 7.Körük kitinin montajı ve testleri teklif veren firma tarafından yapılacaktır.


Anestezi Sorumlusu

Sevin Yeşil Kaya



Anestezi Tekn.

M. Fatih Kaya



Anestezi Tekn.

Mustafa ALKAN




TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Manşon hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka monitör cihazlarının orijinal parçası olmalı ve aynı üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
- 2.Manşon yetişkin hasta uyumlu ve çok kullanımlık tip olmalıdır.
- 3.Manşon monitöre ait ara bağlantı kablosuna tam uyumlu olmalıdır.
- 4.Manşon monitördeki venous stasis sistemine uygun olmalıdır.
- 5.Manşonun kol çevresi uzunluğu yetişkin 23-33 cm ve 40 cm genişliği olmalıdır.
- 6.Manşon PVC, lateks ve silikon içermemelidir.
- 7.Manşon kullanıcı tarafından kolay tanınabilmesi için renk kodlu olmalı ve ürün üzerinde boyut bilgilerini içermelidir.
- 8.Manşon monitör NIBP kanalı kalibrasyon testlerinden geçebilmelidir.
- 9.Manşonun takılacağı monitörün üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.
- 10.Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
- 11.Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalı, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
- 12.Firmalar teklif etmiş oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır.
- 13.Manşon üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
- 14.Teklif veren firmalar ürüne ait UBB/ÜTS kodu ile teklif etmiş olduğu ürünün ÜTS bildirimini yapabileceğini belgelendirmelidir. Bu belge, teklif edilen ürünün yetkili satıcısı ve ÜTS bildirim yetkisi olduğunu doğrulamalıdır. Bu belgeler Sağlık Bakanlığı ÜTS sisteminden alınarak teklif ile birlikte sunulacaktır.


Anestezi Tekn. Sorumlusu

Sevin Yeşil Kural



Anestezi Tekn.

M. Fatih Kaya



Anestezi Tekn.

M. Mustafa Arıkan

