

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.07.2025

Sayı:209

Konu: SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI NEM ÖLÇÜM CİHAZI TERMOHİGROMETRE CİHAZI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.07.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Mehmet YILMAZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM CİHAZI / TERMOHİGROMETRE			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SICAKLIK TAKİP CİHAZI DATALOGGER

(ISI VE NEM ÖLÇER)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Sistem, Ağ Bağlantısı (WIFI) üzerinden internet bağlantısı ile veri toplama merkezine topladığı bilgileri kayıt altına alacaktır.
- Sıcaklık takip cihazında sistem, bir bilgisayara ihtiyaç duymadan internet üzerinden çalışacaktır.
- Cihaza en az 3 adet sensör takılabilmeli ve her bir cihaz en az 3 adet lokasyonun sıcaklık veya sıcaklık nem verisini ölçebilmelidir. Takılan sensörlerin kablo uzunluğu en az 3 m olmalıdır. Gerekli durumlarda sensörler koblosuz olarak istenebilecektir.
- Cihaz üzerinde 8*2 karakter lcd ekranlı olmalı. Lcd ekranda cihaz seri no, IP adresi ve 3 adet sensörün sıcaklık ve nem verileri okunabilmelidir.
- Her cihazla birlikte 750 adet sms ücretsiz verilecektir.
- Verilerin arşivlenme (sunucuya gönderme) süresi idarenin isteğine göre değişebilir nitelikte olmalı.
- İzlem cihazı çalışmaya başladıktan sonra kullanıcı tarafından bilgilerin değiştirilmeme ve silinmeme özelliğine sahip olmalıdır.
- Web arayüzlü yazılımı ile masaüstü bilgisayarlarda, mobil uygulaması ile de (Android ve IOS için) mobil cihazlar üzerinden geriye dönük analizler yapılabilecektir.
- Uygulama alanında kontrol edilmek istenen sıcaklık ve nem değer aralığı rahatlıkla SET edilebilecektir.
- SET değerinin dışına çıkılması durumunda, herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan 4 farklı şekilde alarm bilgisi; Dahili Ses İkazı, E-posta, SMS, Android ve IOS Uygulaması ile bildirim alınabilecektir.
- Alarm bilgisi, kullanıcının belirleyeceği SET edilen değerlerin altındaki ve üstündeki durumlar için ayrı ayrı alınabilecektir.
- Isı takip cihazında alarm bilgisi, tanımlı kişilere E-posta, SMS ve Sesli Arama, Android ve IOS Bildirim yolu ile gönderilecektir.
- Uyarı amaçlı gönderilen mesajlar sistem üzerinde kayıt altına alınabilmelidir.
- Her dolap için farklı sistem sorumlusu ve iletişim bilgileri tanımlanabilmelidir.
- Kullanıcılar web sayfasındaki ve Android ve IOS Uygulaması ile yönetim paneli üzerinden belirtilen tarihler arasında çıktı ve rapor (pdf, excel, e-postaya) alabileceklerdir.
- İdarece istenilen sayı kadar kullanıcı hesabı açılabilir.
- Belirlenen SET değerinin dışına çıkılması durumunda cihazın çıkışlarını kullanarak çeşitli uyarılar verecektir. Bunun için ek bir I/O kartına ihtiyaç duyulmayacaktır.
- Isı kontrol cihazının montaj ve kurulum işlemi istekli firma tarafından yapılacaktır.
- Ücretsiz 7/24 Online destek sağlanacaktır. Sistemdeki arızalar en geç 72 saat içinde firma tarafından giderilmelidir. Çözüm bulunamazsa kurum tarafından belirlenen yöntemler uygulanacaktır. 72 saat içinde arızası giderilemeyen problemler ve cihazlar yenisi ile değiştirilmelidir. Değişim sürecinde kurum işleyişini aksatmayacak şekilde ikame cihazda tedarik edilmelidir.
- Firma 2 yıl garanti süresinde her türlü yedek parça, değişim ve online desteği sağlayacaktır.

• Firma numune görmek zorundadır.

Adem Tardur.
H. K. J.

Zafer GÜNEY

Roza KARATAŞ