

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.08.2025

Sayı: 659
Konu: HİSTEROSKOPİ KOTER ARA BAĞLANTI KABLOSU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.08.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Selami ÖZÜ
İdari ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOTERİZASYON TOPRAK PLAKASI ARA KABLOSU			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025


Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HİSTEROSKOPİ ARA BAĞLANTI KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Erbe marka VIO 300s model koter cihazına uygun olmalıdır.
2. Histeroskopi ile koter arasında bağlantı olmalıdır.
3. Kablo 134-136 derece otoklava karşı dayanımı artıran teflon izolasyon malzemesi bulunmalıdır.
4. Kablonun dış kılıfı silikon olmalıdır. Kırılma ve bükülmelere karşı esnek ve dayanıklı olmalıdır.
5. Kablonun iç iletkenleri yüksek frekansta ve yüksek akımda çalışmaya uygun olmalıdır.
6. Koter plak kablosu Reusable olmalıdır.
7. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.


Ayfer Gök
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri


Eyüp KARTAL
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri


Ayfer Gök
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri