

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.08.2025

Sayı:213

Konu: TIBBİ SARF DEPO SANTRAL VENÖZ KATETER ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.08.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

T.C.
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	SANTRAL VENÖZ KATETER, İNFÜZYON, ÇİFT LÜMENLİ 3.0F			10	Adet		
2	SANTRAL VENÖZ KATETER, İNFÜZYON, ÇİFT LÜMENLİ 4.0F			10	Adet		
3	SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT LÜMENLİ 5F			10	Adet		
4	SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT LÜMENLİ 5.5F			10	Adet		
5	SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT LÜMENLİ 7F			10	Adet		
6	SANTRAL VENÖZ KATETER ÇİFT LÜMENLİ 7.5F			10	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:


- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Adilcevaz yol üstü 5 km Tlf: 04726161556 Fax: e_mail:
Hız.RABİA CENGİZ YAŞAR Dahili:

- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SMT1896 SANTRAL VENÖZ KATETER, İNFÜZYON, ÇİFT LÜMENLİ

SMT Temel İşlevi:	1. Kısa süreli venöz yol ihtiyacı olan hastaların harici kateterizasyonla bu ihtiyacını sağlayacak bir set sistemidir.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Sistemin venöz iğnesi 18-21G kalınlıkta ve uluslararası renk koduna sahip olmalıdır. Mandrelsiz ve keskin uçlu olmalıdır. İğne içinden en az 0,018inç kılavuz tel geçebilmelidir. 3. Pediatrik Santral Venöz Kateter Kitlerinde 2 lümenli 3F-5.5F arası kateterler için 4cm-20cm olmalıdır. Yetişkin Santral Venöz Kateter kitlerinde 2 lümenli 6F,7F-8F arası kateterler için 13cm-21cm olmalıdır. 4. Kateter çift lümenli olmalıdır. 5. Kılavuz tel iğne ile uyumlu kalınlıkta, katater ile uyumlu uzunlukta ve 10'ar cm lik uzunluk çizgilerine sahip olmalıdır. 6. Kateter biyouyumluluğu ispatlanmış malzemeden üretilmiş olup, vücut sıcaklığında yumuşamalı ve ucu daha yumuşak ve atravmatik olmalıdır. 7. Set içinde venöz iğne, kılavuz tel, infüzyon katateri ve dilatör bulunmalıdır. 8. Kateter üzerinde sabitlemek için dikiş kanadı olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	9. Kılavuz tel güvenli kateter yerleştirmeye olanak verecek sertlikte olmalıdır ve takılma sırasında kolay eğilmemelidir. 10. Kateterin dışarıda kalan uçlarında (uzatmalar), kapaklar dışında kilitleme sitemi (klemp) olmalıdır. 11. Kateterin priming hacimleri veya katater çapları uzatmalar üzerinde belirtilmelidir. 12. Sistemin dilatörü çap ve uzunluk olarak katater ile uyumlu olmalıdır. 13. Sistemin dilatörü floroskopik olarak rahatça görünecek oranda radyo opak olmalıdır. 14. Kateter dokuda rahat ilerletilebilir ve kıvrımlı damarlarda ilerleyebilecek fleksibiliteye sahip olmalıdır.
Genel Hükümler:	15. Kateter kiti steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.

Mahmut Demir


Ayşe Betül Zengin


Abdulvahap CAN
