

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.08.2025

Sayı: 671
Konu: SÜTÜR GEÇİRİCİ SÜTÜR İTİCİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.08.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SÜTÜR TAŞIYICI SÜTÜR GEÇİRİCİ SÜTÜR YUMUŞAK DOKU TAMİRİ NİTİNOL/PROLEN/NAYLON MONOFİLEMENT LOOPLU KANÜLLÜ KILAVUZ TÜM BOYLAR (AE2250)			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Tek Kullanımlık Sütür Kavrayıcı ve Trokar Kesisi Kapatma Cihazı Teknik Şartnamesi

- Cihaz iğne dış şaftı 14 Gauge olmalıdır.
- Cihaz şaft uzunluğu 15 cm olmalıdır.
- Cihaz tutacı lateks içermeyen yapıda olmalıdır.
- Cihaz tutacı ergonomik orta şaft ekseninde iç aksamı aktive eden yaylı baskı mekanizma uzantısı, şaft sağ ve soluna doğru 15mm'lik iki tutaç kanat uzantısı bulunmalıdır.
- Cihaz tek elde iki parmak ile tutaç kanatlarını kavrayıp orta parmak ile yaylı aktivasyon düğmesine basarak kullanılabilir olmalıdır.
- Cihaz distali mükemmel perkütan doku penetrasyonu sağlayan keskin uç yapısında olmalıdır.
- Cihaz uç kısmı yaylı aktivasyon düğmesine basılarak aktive edildiğinde kavrayıcı uç kısımları ortaya çıkmalı, aktivasyon düğmesi yavaşça bırakıldığında kavrayıcı uçlar tekrar geri çekilmelidir.
- Cihaz kavrayıcı ağız yapısının uçları içe kıvrık görünümde olmalıdır.
- Cihaz sütür kavrama, trokar kesisi kapatma, karın duvarı fıtık onarımında yamayı kaldırma, karın duvarı kanamalarında Ligasyon ve perkütan sütürleme gibi birçok alanda efektif kullanılabilir olmalıdır.
- Cihaz tek kullanımlık olmalıdır.

Sibel BOLAN



Ayfer Gök

