



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi



Sayı : E-68917221-949-284644188
Konu : Teklife Davet

08.08.2025

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ DOĞUMHANE SERVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE 10 ADET DOĞUM VAKUM ÇAN SETİ** ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 18.08.2025 tarih ve saat 10:00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

S.N.	MALZEME/İŞ ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DOĞUM VAKUM ÇAN SETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	ADET	10		

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- 4) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 6) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 8) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 9) Teknik Şartname ektedir.
- 10) Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞR **Telefon:0472 312 60 47** **e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: E8003BFC-FAB6-42D0-9CAC-C49773F75847

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Bünyamin DAĞHAN

Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047 - 215



MANUEL DOĞUM VAKUM CİHAZI(KİWİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-TEK STERİL PAKETLER İÇİNDE OLMALIDIR.

2-ÜRÜNÜN VAKUM YAPAN EL POMPASI VE ÇAPI 5CM PLASTİK VAKUM UYGULAYAN BAŞLIK ÇANI VE BU İKİSİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN İÇİÇELİK 16 CMLİK ÇEKME KORDONU VE AYNI ZAMANDA VAKUM KUVVETİYLE BAŞI ÇEKME KUVVETİNİ AYRI AYRI GÖSTEREN İNDİKATÖR MEKANİZMASI OLMALIDIR.

3-ÜRÜNÜN POMPA KISMINDA SADECE BAŞA UYGULANACAK VAKUM BASINCINI GÖSTEREN AYRI BİR MEKANİZMA OLMALIDIR.

4-ÜRÜN POMPA KISMINDA SADECE BAŞI ÇEKMENİN KUVVETİNİ GÖSTEREN AYRI BİR ÇEKME KUVVET İNDİKATÖR MEKANİZMASI OLMALIDIR.

5-EL VAKUM POMPASI VERİLECEK BASINCI BAR /MM,HG,KPA,BAR CİNSİNDE GÖSTERİR OLMALIDIR.

6-EL VAKUM CİHAZI KULLANILDIĞINDA BAŞA UYGULANACAK BASINÇ GÖZTERGESİ BASINCIDOĞUMU YAPTIRAN UZMAN HEKİME BİLGİ VERECEK ŞEKİLDE YEŞİL(UYGUN BASINÇ MİKTARU)KIRMIZI(TEHLİKELİ)RENKLERLE GÖZSTERİR OLMALIDIR.

7-EL VAKUM POMPASI VERİLECEK BASINCI BOŞALTMAK ÜZERE VAKUM BOŞALTMA GÖSTERGESİNE SAHİP OLMALIDIR.

8-ÜRÜN TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR.

9-LATEKS İÇERMEMELİDİR.

Eczacıhan DEMİR
Dip.No:2017/37640
Tescil No:47670

Mehmet TUNC

Olgun Altın

