

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

11.08.2025

Sayı:

Konu: RVG SENSÖR VE GÖRÜNTÜLÜ AKTARIM BİLEŞENİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktar ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.08.2025 saat: 10:30 'a kadar satinalma.patnosadsm@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA
İDARE VE MALİŞLER
MÜDÜRÜ

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RADYO VİZYO GRAFİ SİSTEMİ (RVG) SENSÖRÜ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname


Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- **Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambanına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaşmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

RVG SENSÖR VE GÖRÜNTÜLÜ AKTARIM BİLEŞENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Temin edilecek tüm parçalar ve cihazlar Satelec marka X-mind Unity Periapikal röntgen cihazı ve Sopix RVG sistemiyle tam uyumlu olmalıdır
2. Tüm parçalar mevcut sistemle entegre çalışabilir , herhangi bir yazılım veya donanım uyumsuzluğu yapmamalıdır
3. Cihazda kurulan bağlantı türü USB tabanlı olmalı veya mevcut sistemde birebir uyumlu olmalıdır
4. Temin edilecek parça veya cihaz mevcut görüntülü alma yazılımı ile eksiksiz çalışmalıdır
5. Görüntü dedektörü orijinal sistemle birebir uyumlu olmalı veya orijinal üretici tarafından onaylı eşdeğer ürün olmalıdır
6. Sistem yüksek çözünürlüklü (minimum 20lp/mm) görüntü alabilme kapasitesine sahip olmalıdır
7. Sensör yüzeyi su geçirmez, darbe ve kimyasallara , toza dayanıklı olmalıdır.
8. Görüntü aktarımı, minimum gecikme süresi ile dijital ortamda yüksek kalitede yapılmalıdır.
9. Sensör cihazı, otomatik radyasyon algılama (AEC) teknolojisini desteklemelidir.
10. Sensör bağlantısı Siber optik kablo ile yapılmalı veri kaybı en aza indirilmiş olmalıdır.
11. Temin edilecek Parça/Cihaz , teslim tarihinden en az 1 yıl süreyle garanti kapsamında olmalıdır.
12. Garanti süresi boyunca meydana gelecek üretim hatalarına bağlı arızalar ücretsiz olarak giderilmelidir.
13. Garanti kapsamında değiştirilen parçaların da kalan garanti süresi boyunca garanti kapsamında olması gerekmektedir.
14. Arıza durumunda teknik servis müdahalesi azamı 7 (yedi) iş gün içinde başlatılmalıdır.
15. Garanti şartlarını gösterir resmi belge veya garanti belgesi ürünle birlikte teslim edilmelidir
16. Ürün ile birlikte kullanma kılavuzu ve teknik dökümantasyon teslim edilmelidir
17. Video alıcısına ait anakart 2.2 – 2.8 volt aralığında stabil enerji üretebilir olmalıdır.
18. Video alıcısı , radyasyon dozunu azaltma özelliğine sahip olmalıdır (örneğin : AEC)
19. Bağlantı kablosu minimum 1.5 metre uzunluğunda esnek ve sağlam yapıda olmalıdır
20. Cihaz parçaları EMC (Elektromanyetik uyumluluk) standartlarına uygun olmalı ve parazit oluşturmamalıdır.
21. Ürün üretici firma tarafında CE belgesine sahip olmalıdır.

Ahmet Yasin Maçit


İbrahim HAYA
Patnos ADGM
İdari ve Mali İşler Müdürü


Yıldız GELİK
