

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

14.08.2025

Sayı:

694

Konu: GÜDE WİRE 0,014 HİDROFİLİK KILAVUZ TEL ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.08.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU  
İdari ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No         | Malzeme Adı                                                  | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | ToplamTutar |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|-------------|
| 1            | HİDROFİLİK KILAVUZ<br>TEL(GÜDEWİRE) DÜZ, 0,014<br>İNÇ,190 CM |          |     | 50     | Adet   |              |             |
| Genel Toplam |                                                              |          |     |        |        |              |             |

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## HİDROFİLİK 0,014 GUIDE WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Guide wire sürtünmeyi azaltıcı hidrofilik materyal ile kaplı olmalıdır.
2. Düz ve J uclu modelleri bulunmalıdır.
3. 185 ve 300 cm uzunluklarında seçenekleri olmalıdır.
4. Distal iç teli çevreleyen ICE hidrofilik kaplama ile kaplanmış 30cm lik radyopak polimer kovana sahip olmalıdır.
5. Proksimal markerlar sırasıyla en az 90cm veya 100cm uzunluğunda bıraziel veya femoral klavuz tellerle uyumlu olmalıdır.
6. Light Support ve Moderate Support seçenekleri olmalıdır.
7. Light Support modelinin uç gram ağırlığı 2,5mg , Moderate Support modelinin 2,9 mg olmalıdır.
8. Polimer tipli olmalıdır.
9. Guide wire'in distal tarafında, 25 ila 40 cm arası uzunlukta bölümü guide wire hafızasını destekleyici nitinol kaplama olmalıdır.
10. Çekirdek tel Linear Elastic Nitinol olmalıdır.
11. Teknik şartnamede istenen maddeler ürün broşüründen tek tek işaretlenip gösterilecektir.



T.C. Sağlık Bakanlığı  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Uzm. Dr. Zeynep Kaya / S/G  
Kardiyo,önce Uzmanı  
Dip. Tbb. No:170471