

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

14.08.2025

Sayı: 631  
Konu: OKSİJEN REGÜLATÖRÜ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.08.2025 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU  
İdari ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	REGÜLATÖR OKSİJEN			8	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## OKSİJEN TÜPÜ REGÜLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-EN ISO 2503 standardına uygun olmalıdır.
- 2-Ürün ömrünü arttıran paslanmaz filtrelili olmalıdır.
- 3-Gaz cinslerini belirten renkli tasarımı olmalıdır.
- 4-Krom kaplama kapak ve piriç gövde tasarımı olmalıdır.
- 5-Tasarımı tescilli manometre muhafazası
- 6-Regülatörün basıncı 4.5 Bar'da sabitli olmalıdır.
- 7-Gaz girişi 0-230 bar, Gaz çıkışı 0-10 bar olmalıdır.
- 8-Anestezi Cihazlarının hortumlarına monte edilebilecek ölçüde olmalıdır.
- 9-Güvenliği sağlayan geliştirilmiş sigorta sistemi
- 10-Flow (akış) manometrelili olmalıdır
- 11-Ø4 - Ø6 mm hortum rakoru olmalıdır.
- 12-2 Adet manometresi olmalıdır.
- 13-En iyi kalitede olmalıdır.
- 14-Tüm tüp korumalarına uygun tasarlanmış gaz giriş rakor bağlantısı olmalıdır.
15. İstenildiği takdirde numune gönderebilecektir.

**Eyüp KARTAL**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

**Fatih DURAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

**Selçuk ÇETİN**  
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  
Biyomedikal Teknikeri