

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.08.2025

Sayı: **700**

Konu: GİRİŞ İĞNESİ , SELDİNGER TEK PARÇA ,KÜNT UÇLU , 21G 100MM ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.08.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GİRİŞ İĞNESİ TEK PARÇA			400	Adet		
2	BALON İNFLATÖRÜ /DEFLATÖRÜ			400	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

İNFLATÖR/ DEFLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ KR2010

1. Görülebilir enjektör haznesi ve pistonlu olmalı, piston kitlenme ve boşaltma mekanizması rahat ve çabuk çalışmalıdır.
2. En az 20 cc sıvı alabilmeli.
3. En az 20 ATM basınç gösteren manometresi olmalı.
4. Basınç dayanıklı uzatma hattı ve basınca dayanıklı üçlü musluk ile birlikte verilmelidir.
5. Musluk kapalı iken uzatma hattına hava geçişi olmamalıdır.
6. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarıyla en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
7. Ürünler UBB'na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığından onay olmalıdır.
8. Etiket üzerindeki malzeme kodu, adı ve açıklaması UBB daki onaylı kodu, adı ve açıklamaları ile aynı olmalıdır.
9. CE bilgisi olmalıdır.
10. ihaleye İştirak Eden Firmalar iki adet numune vereceklerdir. Numuneler ilgili birim tarafından değerlendirilip uygunluk verilecektir.

Dr. F. Sağlık Bakanlığı
40. Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. F. Sağlık Bakanlığı
Kardiyoloji Uzmanı
Nim. Tesis No: 170471

Dr. F. Sağlık Bakanlığı
40. Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Miral KARAAGAC
Kardiyoloji Uzmanı
Dış. No: 170471

INSERTION TOOL TEKNİK ŞARTNAMESİ KR1145

İnserion tool aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- a. Paslanmaz metalik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- b. Uzunluğu 10-12 cm arasında olmalıdır.
- c. Kunt uçlu olmalıdır
- d. İnserion tool 0,014" guide wire'ın rahatça geçmesine olanak sağlamalıdır.
- e. İnserion tool Y konnektör ile uyumlu bir kullanım pratiğine sahip olmalıdır.

T C Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. MİHAÇ KARAAGAC
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No:170471

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Ramazan ÖZAN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 201950