

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

20.08.2025

Sayı:

Konu: 4 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.08.2025 saat: 10:00 'a kadar [tutakdhsatinalma@outlook.com](mailto:tutakdhsatinalma@outlook.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Dr. Mehmet KARABULUT  
Başhekim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ALKOL (ETİL ALKOL) % 96 LİK		60	Litre		
2	ARTER FİSTÜL İĞNESİ 16'LIK		250	Adet		
3	VEN FİSTÜL İĞNESİ 16'LIK		250	Adet		
4	İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU, 2000ML		200	Adet		
<b>Genel Toplam</b>						

Teklif Eden

.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

## İDRAR TORBASI MUSLUKLU STERİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi PVC'den üretilmiş ve 2000ml kapasiteli ve steril olmalı
2. Torba 50 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve 500 ml de bir rakam ile dereceler yazılmış olmalı ve torba içindeki idrar miktarını doğru ölçmeli, eksik veya fazla göstermemeli
3. Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalı
4. Musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmalı, kendiliğinden musluk açılmamalı
5. İdrar Torbası musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırmamalı, patlamamalı
6. Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalı, idrar torbası askılarına takılmak için askı delikleri kendiliğinden açık olmalı, delik işaretli kısmına askıyı takarken aşırı güç veya ek kesici alet gerektirmemeli
7. Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında 24 saat dayanma kapasitesinde olmalı
8. Hortumun sondaya takılan ucunda konik konnektör bulunmalı
9. Konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalı
10. Sondaya takılan konnektör ucu tam oturmalı ve sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırmamalı
11. Torba ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerken hortumun ve torbanın etken madde drarın rengini değiştirmeyecek nitelikte olmalı, idrarı boyamamalı
12. Hasta yatarken yatak kenarına asılan torbanın çekilmesini, gerilmesini önlemek için hortum uzunluğu en az 75 cm olmalı
13. İdrar yerçekimi ile torbaya rahatlıkla dolmalı
14. Numune sunulmalıdır, numuneye göre değerlendirilecektir.

Sibel Can  
Hemşire  
[Signature]

İrfan KAYA  
Tıbbi Aletler  
[Signature]

## 1. ETİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- En az %96'lık saflıkta olmalıdır.
- Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.
- Alkol denatüre edilmemiş (içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır.
- Etil alkolde ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmemelidir.
- Etil alkol konulan bidon 5 lt lik sert tıbbi alkol için uygun plastikten yapılmış olmalı, delinmeye ve patlamaya yatkın olmamalı ve sızdırmamalıdır. Sızdırması ya da delinmesi halinde bidonlar firma tarafından değiştirilmelidir.
- Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalıdır.
- Kimyasal kutularının üzerinde marka, CAS numarası, miktar bilgisi, kimyasalın kapalı formülü, molekül ağırlığı, gerekli güvenlik işaretleri, vb. kutuların tamamında bulunmalıdır.
- Etiketle ürün adı hacmen % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari ünvanı ve adresi bulunmalıdır. Tarımsal kökenli veya sentetik şeklinde hammadde bilgisi verilmelidir.
- Teklif verecek firmalar TAPDK'nın kurum yetkili alkol dağıtım listesinde olmalıdır.

Sibel ÇAM

İsmail KAYA  
Ticari Sekreter

## 5. Diğer Hususlar

- 5.1. Teklif edilen ürünün marka, model ve üretici firma bilgileri açıkça belirtilmelidir.
- 5.2. Firma, teknik servis ve gerektiğinde kullanıcı eğitimi sağlayabilecek yeterlilikte olmalıdır.
- Steril olmalı ve sterilizasyon süresi en az 2 yıl olmalıdır.
- Plastik tüpler uygun materyalden yapılmış olup, yeteri kadar esnek olmalıdır.
- İğne uçları plastik muhafaza ile korunmuş olmalıdır.
- Her iki iğnede, iğne bitimi sabitleme ve pozisyon kelebeği olmalıdır.
- Her iki sette de turnak ayarlı klemp ve pasolu kapak olmalıdır.
- İğne boyları 2-3 cm., toplam tüp uzunluğu 15-30 cm. Olmalıdır.
- Tüm universal arter ve ven setleri ile uyumlu olmalıdır.
- Üretim tarihi ve teknik özellikleri ambalaj üzerinde görülebilmelidir. Dış ambalajda
- Arter veya ven iğnesi olduğunu belirtir renkli işaretler bulunmalıdır.
- Arter fistül iğnesinde dinamik kan akımı sağlamak ve iğnenin şant duvarına yapışmasını engellemek için delik bulunmalıdır.
- İstekliler iğnelerin teknik özellikleri gösteren broşürlerini numunelerle birlikte
- Vereceklerdir.
- B- ambalajın üzerindeki etikette ürün cins ve özellikleri, ürün kod numarası, sterilizasyon ve
- Son kullanma tarihi, gerekli uyarılar yazılmalıdır.

İrfan KAYA  
Tıbbi Sekreter

Umut ATAG  
Diyadin Kliniği

# ARTER-VEN FİSTÜL İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1. Genel Özellikler

- 1.1. Arter-ven fistül iğnesi, hemodiyaliz hastalarında fistül girişimi için uygun olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 1.2. Tek kullanımlık, steril ve apirojen olmalıdır.
- 1.3. Uluslararası kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, ISO ve CE belgelerine sahip olmalıdır.

## 2. Teknik Özellikler

- 2.1. İğne çapı 16G olmalıdır; çap kutu üzerinde açık şekilde belirtilmelidir.
- 2.2. İğne ucu ultra keskin, damara girişte travmayı azaltacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 2.3. İğne kanatlı (kelebek tip), yumuşak ve kolay kavranabilir olmalıdır.
- 2.4. Kanatlar lateks içermeyen, cilde zarar vermeyen yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 2.5. İğne hortumu şeffaf, kıvrılmaya dayanıklı ve minimum 30 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 2.6. Hortum bağlantısı lüer-lock veya güvenli bağlantı sistemine uygun olmalıdır.
- 2.7. İğne, güvenli kullanım için koruyucu kapağa sahip olmalı; kullanımdan sonra iğne ucu, sağlık çalışanını iğne batmasına karşı koruyacak şekilde kilitlenebilmelidir (emniyetli iğne ucu tercih sebebidir).
- 2.8. Her bir iğne etiketli, lot numaralı ve son kullanma tarihli olacak şekilde ayrı ayrı blister ambalajda sunulmalıdır.

## 3. Ambalajlama ve Etiketleme

- 3.1. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi, ürün barkodu ve iğne çapı okunaklı şekilde bulunmalıdır.
- 3.2. Ambalaj, taşıma ve depolama sırasında ürünün sterilitesini koruyacak dayanıklılıkta olmalıdır.

## 4. Uygunluk ve Belgeler

- 4.1. Ürün CE belgesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ne kayıtlı olmalıdır.
- 4.2. Firma teknik şartnameye uygunluk belgesi sunmalı, gerekirse numune temin etmelidir.
- 4.3. Ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.