

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.08.2025

Sayı: 706
Konu: MANİFOLD SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.08.2025 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOMATİK KONTRAST POMPASI MANİFOLD SETİ TEK KULLANIMLIK			300	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2025

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
- Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

KR1148-KR1159 ANJİYOGRAFİK MANİFOLD SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set bir adet üç yollu manifold, bir adet kulaklı anjiyografi enjektörü, bir adet opak line, bir adet

serum line ve bir adet basınç line olmak üzere toplam 5 (beş) kalem malzemeyi içermelidir.

2. Üç yollu manifold aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

a. Sağ el kullanımına imkan verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

b. Manifold üzerinde bulunan kumanda düğmelerinde (musluk) kapalı yön "off" ibaresi ile belirtilmelidir.

c. Muslukların kullanımı pratik ve kolay olmalıdır.

d. En az 500 psi basınca dayanabilmelidir.

3. Kulaklı anjiyografi enjektörü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

a. El ile opak madde enjeksiyonu için özel imal edilmiş olmalıdır.

b. En az 10 cc hacminde olmalıdır.

c. Saydam ve üzerinde her 1 cc hacmi gösteren işaretler olmalıdır.

d. Radyopak kolayca bir defada çekilebilmeli ve işlem esnasında en az dirençle radyopak verilebilmelidir.

e. Radyopak madde enjektöre çekilirken sisteme hava girmemelidir.

f. Enjektörün piston kısmı işlem sırasında deforme olmamalıdır.

4. Basınç line en az 75 cm uzunluğunda ve en az 1200 psi basınca dayanıklı olmalıdır.

5. Serum line aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

a. Serum seti hava girişli delme ucu bulunmalıdır.

b. Serum seti açma kapama klempsi mevcut olmalıdır.

c. Damla ayarlayıcısı olmalı ve parmakla kolayca kavranabilen ve makaranın istenen yöne hareketini kolaylaştıracak büyüklükte olmalıdır.

d. Haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalıdır.

6. Opak line aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

a. En az 75 cm uzunluğunda ve en az 1200 psi basınca dayanıklı olmalıdır.

b. Anjiyografi laboratuvarında kullanılan otomatik enjektörle uyumlu olmalıdır.

7. Tüm ürünler yeterli esneklik ve dayanıklılıkta olmalıdır.

Mirac KARAAĞAÇ
C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Mirac KARAAĞAÇ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No:170471

AGRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ
Uzm. Dr. Mirac KARAAĞAÇ
Dip. Tes. No: 170471

8. Tüm ürünlerin bir ucunda luer adaptör bulunmalıdır.

9. Tüm ürünler yeterli şeffaflıkta olmalı, hava kabarcıkları ya da sıvı akışı rahatlıkla görülebilmelidir.

10. Tüm sistem birbirlerine kolaylıkla bağlanabilmeli ve ayrılabilmeli, bağlantı yerlerinde sızdırma olmamalıdır.

11. Malzeme TİTUBB belgesine haiz olmalıdır.

12. Bir set örnek numune verilmelidir. Numunesini vermeyenler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13. Sterilizasyon tarihi paketler üzerinde yer almalıdır. Teslim edilen malzeme teslimat tarihi itibariyle en az bir yıl miadlı olmalıdır.

Miraç KARAAĞAÇ


T. C. Sağlık Bakanlığı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Miraç KARAAĞAÇ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No:170471

