T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.08.2025

Sayı:230
Konu: DİYALİZ SUYU ANALİZ KİTİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.08.2025 saat: 11:00 'a kadar patnosdhsatinalma04@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI DİYALİZ SUYU ANALİZ KİTİ			2	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2025
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DİYALİZ SU SİSTEMİNE UYUMLU GÜNLÜK SU ANALİZ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Su analiz test kiti, suya ilişkin testlerin yapılabimesi için geliştirilmiş olamalıdır.

2.Test kiti içinde gerekli olan analizlerin yapılmasını sağlayan ayarlı çözeltiler belirteçler deney tüpleri renk eşelerli ve kullanma talimatı bulunmalı bir veya birkaç test solüsyonunu koyabilecek polietilen veya anti şok malzemeden yapılmış kutu kullanılmalıdır.

3.Test kiti kutusu kapaklı ve kolay açılabilir olamlı içinde şişe ve deney tüplerini koyabilecek özel düzenek olmalı şişelerin dik durumda olmasını sağlayacak ve aynı çapta yerler olmalı şişeler 20-30 ml hacminde damlalıklı ve kapakları akıtmayacak biçimde olmalıdır.

4. Deney tüpleri 5 ve 10 ml çizgileri ile işaretlenmiş olmalı kapakları bulunmalı kutu içinde katı belirteçler için mikro kaşık olmalı kolorimetri tayinler için o teste mahsus renk eşelerli bulunmalıdır.

5-Her su analiz test kitinin içinde kullanma talimatı bulunmalıdır.

6-Test kiti kutusunda toplam sertlik ölçümü için mordan black renk belirteci 1 damlası 1 fr'ye ayarlı EDTA çözeltisi 5ml enjektör ve kullanma talimatı bulunmalıdır.

7-Klor test kitinde Orto tolidin çözeltisi olmalı klor renk eşeli olmalı ve kullanma talimatı bulunmalıdır.Klor tarafındaki renk eşelinde ,eşelde 0,1 den 3,0 dahil renkler olmalıdır.Bu tüp renklerin görülebilmesi için saydam olmalıdır.

8-Test kitleri üzeründe lot numaraları ve son kullanma süresi yazmalıdır.

9-Yüklenici firmanın TSE 12426 VE İSO belgeleri bulunmalıdır.

10-Su analiz test kitinin içerisinde bulunması gerekenler : 1 şişe toplam sertlik titrasyon çözeltisi -1 şişe MB indikatörü -1 şişe klor indikatörü-1 şişe ph indikatörü-1 adet test tüpü -1 adet renk eşeli ile birlikte ikili tüp -1 adet enjektör 5 ml -1 adet prospektüs.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi
Hemodiyaliz Sorumlusu
Onur KOÇ

Erdoğan Erdoğan

Bayhan Şahin